

ZP/2501/38/21

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego (znak ZP/2501/38/21).

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1. sprzęt do wlewów i iniekcji		
1	Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do wlewów dożylnych typu matylek posiadający długość efektywną igły 19mm?	Tak dopuszczamy
2	Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą o długości 19mm spełniającą pozostałe wymagania swz?	Tak dopuszczamy
3	Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach 1,1-1,2 lub 0,9-1,2?	Tak dopuszczamy
2. sprzęt wspomagający oddychanie		
1	Pozycja 12 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści możliwość składania oferty na poszczególne pozycje?	Zgodnie z SWZ
2	Czy Zamawiający w poz 12 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania(regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2500 ml wyskalowaną w 1 ml w zakresie 0-100 ml, co 2 ml w zakresie 100-200ml, co 5 ml w zakresie do 2500 ml, z wyskalowanym pokrętkiem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samuszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 36 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia?	Zgodnie z SWZ
3. sprzęt medyczny jednorazowy drobny		
1	Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych z pokrywką o pojemności 11L?	Tak dopuszczamy
2	Poz.10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10,6L zamiast 10L.	Tak dopuszczamy
3	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki	Zgodnie z SWZ

	<p>IML. Zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:</p> <p>1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.</p> <p>2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.</p> <p>Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.</p>	
4.	Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.	Zgodnie z SWZ
4. cewniki		
1	Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach 14, 16 CH dla rurek intubacyjnych i w rozmiarach 12 i 14 CH dla rurek tracheostomijnych; spełniający pozostałe wymagania SIWZ.	Nie, zgodnie z SWZ
2	Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, dopuści cewnik 1-światłowy (kanał irygacyjny umieszczony w przezroczystym łączniku T) do odsysania w układzie zamkniętym, na 72 godziny, do rurek tracheostomijnych, w rozmiarach: 14 i 16 CH, oraz cewnik do rurek intubacyjnych spełniający wszystkie wymagania SIWZ.	Tak
3	Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby aktywacja źródła ssania odbywała się poprzez przesunięcie suwaka (a nie naciśnięcie przycisku)? Takie rozwiązanie pozwala na lepszą kontrolę przy usuwaniu wydzieliny, a także gwarantuje pełne wykorzystanie siły ssania	Zgodnie z SWZ
4	Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby zestawy wyposażone były w port MDI do leków wziewnych w aerozolu?	Zgodnie z SWZ
5	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego cewnika do odsysania w układzie zamkniętym, jednoświatłowego, do rurek intubacyjnych i tracheostomii na 72 godz. rozm. 14F, 16F, umożliwiającego zarówno odsysanie wydzieliny w rurce intubacyjnej, jak i tracheostomijnej, jak i wcześniejsze rozrzedzenie wydzieliny/śluzu, poprzez umieszczenie cewnika w rurce oraz podanie preparatu rozrzedzającego (soli fizjologicznej) przez port irygacyjny, który jest wbudowany w oferowany system zamknięty. Oferowany system wyposażony jest w dodatkowy port (port MDI), umożliwiający podawanie leków mukolitycznych. System wyposażony w obrotową zastawkę na wysokości portu do przepłukiwania oddzielającą cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniającą szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny. Cewnik zakończony obwódka w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania	Tak dopuszczamy
dotyczy składania ofert		
1	Czy Wykonawca składając oferty częściowe, może złożyć ofertę na jedną z 13 opisanych w zaproszeniu pozycji, czy też Zamawiający pod pojęciem „części”	Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety

	ma na myśli poszczególne arkusze w formularzu cenowym, zawierające po kilka pozycji?	
dotyczy projektu umowy		
1	<p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż</p> <p>„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?</p> <p>Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.</p>	Tak wyrażamy zgodę

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **29.04.2020r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR

Andrzej Kamasa

Wiesław Babiżewski

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych