

Ciechanów dnia 28.04.2021 r.

ZP/2501/37/21

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowego sprzętu niezbędnego do leczenia pacjentów hospitalizowanych w OIT (nr postępowania ZP/2501/37/21)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
PAKIET 2. Osłona na głowicę USG		
1	Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na głowicę USG z żelem w rozmiarze 15x122 cm zamiast 13x122cm?	Nie dopuszczamy
PAKIET 3. Maski do wentylacji NIV		
1	Czy Zamawiający wymaga maski ze specjalistyczną stabilizacją i podtrzymaniem podbródka/żuchwy? Maską stabilizowaną na podbródku to produkt posiadający swego rodzaju zabezpieczenie w postaci wydłużonej ku żuchwie konstrukcji zachodzącej na podbródek. Takie rozwiązanie to intencjonalny zabieg zapewniający szczelność, która jest gwarantem efektywnej terapii.	Dopuszczamy takie rozwiązanie przy dochowaniu pozostałych wymagań.
PAKIET 5. Mocowanie rurek		
4	Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści opaskę do mocowania rurek tracheostomijnych mikrobiologicznie czystą, spełniającą pozostałe parametry SWZ?	Tak dopuszczamy

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **05.05.2020r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR
Andrzej Kamasa

Wiesław Grabieżewski
Specjalista ds. Zamówień Publicznych