

ZP/2501/48/21

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne  
- uzupełnienie**

**dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego (znak ZP/2501/48/21).**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie uzupełnia niniejszym treść odpowiedzi na pytanie nr 1 z pisma z dnia 12.05.2021r.

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Zasady równości i proporcjonalności nakładana na zamawiającego ma obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Ponieważ nowy załącznik nie obejmuje portów o które pytaliśmy i nadal - nie możemy złożyć oferty dlatego prosimy o odpowiedź na nasze pytanie numer 2 na które Zamawiający nie odpowiedział, a było zadane w dniu 6 maja</p> <p>pytanie 2 do zadanie dla portów dożylnych polisulfonowych. w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie odrzucenia produktu o zaproponowanych cechach, gdyż</p> <p>Zamawiający w Opisie przedmiotu jako dysponent postępowania przy kryterium 100 % użył opisu przedmiotu zamówienia charakterystycznego dla jednego dostawcy- , ograniczając konkurencję. . Dlatego korzystając ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie powodu odrzucenia i potraktowania proponowanego produktu w kategorii produktu równoważnego</p> <p>„pytanie 1 do zadanie dla portów dożylnych polisulfonowych. Zasady równości i proporcjonalności nakładają na Zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Równe traktowanie odnosi się zarówno do aspektu merytorycznego jaki formalnego zamówienia. Używając zapisu długość 800mm( - parametr wykluczający ,- do założenie portu wystarczy długość max .20 cm , wprowadzony parametr jako minimalne wymaganie i nie poddany ocenie punktowej można uznać za parametr wykluczający ) może naruszać te zasady przez celową eliminację wykonawców i doprowadzenie do sytuacji w której tylko jeden z nich weźmie udział w postępowaniu, Z kolei Zasada uczciwej konkurencji nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji Naruszenie uczciwej konkurencji to nie tylko Eliminowanie z ubiegania się o niektórych wykonawców przez wskazanie nazbyt konkretnego wymogu jakim jest ww. zapis</p> <p>Ponadto zamawiający jako kryterium w wymaganiach w punkcie 6 wskazuje 100% cena . Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenowa , o co</p>	<p>Zamawiający informuje, iż nie jest zgodne z prawdą, że do założenia portu naczyniowego wystarczy długość cewnika max. 20 cm – tak jak podaje wykonawca.</p> <p>W związku z tym, iż porty zakładane są z różnych dostępów rzeczywistych, pacjenci są różnego wzrostu i budowy długość cewnika 80 cm gwarantuje bezpieczeństwo wykonania zabiegu. Od budowy chorego zależy również wielkość implantowanej komory. W przypadku chorych wyniszczonych, o drobnej budowie ciała implantowane są komory dużo mniejsze niż 0,3 ml tj. 0,25 ml. Nie zgadzamy się na komory o pojemności 0,3 ml</p>


ubiega się Zamawiający stwarzając postępowanie z uwzględnieniem kryterium 100 % cena powinien mieć na uwadze dopuszczenie konkurencji cenowej inaczej tak przygotowane postępowanie może wskazywać na niewłaściwie przygotowanie.

W związku z powyższym W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca pragnie zaproponować produkty o parametrach funkcjonalnych odpowiadających wymaganiom Zamawiającego. Prosimy o uznanie za produkt równoważny a niewielkich różnicach nie mających wpływu na terapię ;

Poz 1 i 2 Port naczyniowy polisulfonowy z cewnikiem poliuretanowym z tytanową komorą o pojemności 0,5 ml i kaniulą wyjściową:  
-wysokość portu max 11-13,2mm  
-wymiały podstawy portu:33-35x25-27 +/- 2 mm proponujemy 29,9 mm  
-silikonowa membrana o średnicy max 10-12 +/- 1 mm proponujemy 12,05 mm  
-waga portu max +/- 1 g 7-9 g proponujemy 6 g  
-cewnik poliuretanowy 8,5F, długość 800mm - proponujemy długość 550 mm

Pozycja 3 i 4 Port naczyniowy polisulfonowy z cewnikiem poliuretanowym z tytanową komorą o pojemności 0,3 zamiast 0,25 ml i kaniulą wyjściową:  
-wysokość portu max 8-10,6mm  
-wymiały podstawy portu:28-30 x20-22mm proponujemy 25,5 mm  
-silikonowa membrana portu o średnicy max 8-9,5mm proponujemy 10,4 mm  
-waga portu max 3-4,7 g  
-cewnik poliuretanowy 6,5F, długość 800mm proponujemy 550 mm ( wystarczy do założenia 200 mm )"

  
DYREKTOR  
Andrzej Kamasa

  
Wiesław Babizewski  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych