

AT - ZP/2501/47/21

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę :

1. Rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń
2. Mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	<b>Dotyczy Załącznika 2ado SWZ</b> –formularz techniczny rezonans, pkt 86 W punkcie 86 Załącznika nr 2a, Zamawiający premiuje oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzenie badania stawu kolanowego, określając metody i sekwencje jakimi ma ono zostać zrealizowane. Takie definiowanie sposobu realizacji i określanie technicznej strony wymogu jest charakterystyczne dla jednego producenta i sprzeczne z PZP, więc nie powinno mieć miejsca. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie aparatu spełniającego następujący wymóg: Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności	Zgodnie z SWZ
2	<b>Dotyczy Załącznika 2ado SWZ</b> –formularz techniczny rezonans, pkt 106W punkcie 106 Załącznika nr 2a, Zamawiający wymaga, wśród wielu innych punktów dotyczących postprocesingu, pakietu oprogramowania do oceny badań onkologicznych z możliwością automatycznej segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. Pragniemy poinformować, że nie posiadamy w swojej ofercie takiego pakietu. Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego tej funkcjonalności.	Zgodnie z SWZ
3	<b>Dotyczy Załącznika 2ado SWZ</b> –formularz techniczny rezonans, pkt 112 W punkcie 112 Załącznika nr 2a, Zamawiający wymaga, aby pobór mocy w trybie „stand by” wynosił maksymalnie 18 kVA. Pragniemy poinformować, że w przypadku naszego systemu pobór mocy w trybie „stand by” wynosi 25 kVA. Prosimy więc o dopuszczenie urządzenia, którego pobór mocy w modzie stand-by wynosi 25 kVA oraz jest wyposażone w technologię switch-off, znacząco zmniejszającą średni pobór mocy urządzenia	Zgodnie z SWZ
4	<b>Dotyczy SWZ</b> Zamawiający w ramach wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wymaga złożenia wraz z ofertą: Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanego urządzenia, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego (...)oraz Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające opis spełnienia parametru podlegającego ocenie. Dokumenty te (karty techniczne, wyciągi z instrukcji, foldery itp. (pochodzące od producenta urządzenia). Ze względu na fakt, iż żaden z producentów urządzeń nie tworzy dokumentacji(folderów, katalogów itp.), która potwierdzałaby wszystkie parametry techniczne opisywane przez Zamawiających, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Wykonawcy mogą potwierdzić nie występujący ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalność urządzenia, np. oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem własnym Wykonawcy.	Dopuszczamy złożenie oświadczenia producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:  
Andrzej Kamasa

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

DYREKTOR  
Andrzej Kamasa