

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
tel. 23 / 672 32 71/4; fax 23 / 672 27 67
tel. sek. 23 / 672 31 27
NIP 566-10-19-200; REGON 000311622

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę:

1. **rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń.**
 2. **mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń**
- ZP/2501/47/21

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej wyjaśnień dotyczących treści SWZ:

Lp.	Treść zapytania wykonawcy	Wyjaśnienie zamawiającego
	Dot. części nr 2 - mammograf	
1.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację wymagań dotyczących sprzętu komputerowego będącego wyposażeniem dodatkowym mammografu (stacja akwizycyjna i stacja technika), a w szczególności poniższych parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nośnik z licencją na system operacyjny - jasność monitora – min. 500 cd/m² - rozdzielczość natywna: 1920x1080 60 Hz - złącze VGA, HDMI <p>Powyższych parametrów nie spełnia żadne dostępne na rynku polskim urządzenie. Możliwe jest dostarczenie nośnika z systemem operacyjnym, choć w obecnym czasie odchodzi się od takiego sposobu dystrybucji w celu ograniczenia produkcji odpadów. W każdym przypadku możliwe jest pobranie wersji instalacyjnej systemu poprzez sieć internet. Ponadto z zestawem komputerowym dostarczana jest licencja, która stanowi prawo użytkownika do legalnego używania oprogramowania. W zakresie jasności monitora dostępne są monitory z jasnością szczytową wynoszącą 600cd, zaś wartość typowa parametru wynosi 400cd/m². Prosimy o zweryfikowanie wymagania, ewentualnie wyjaśnienie, którą wartość zamawiający miał na myśli.</p> <p>Zamawiający wskazał w wymaganiach konkretną wartość rozdzielczości natywnej. Prosimy o zmianę wymagania na wartość 1920x1080 60 Hz lub wyższa, lub dopuszczenie monitora o rozdzielczości 3840x2160 60 Hz.</p> <p>Prosimy o usunięcie wymogu posiadania złącza VGA. Obecnie wykorzystywane są złącza HDMI lub DVI, zaś złącze VGA wykorzystywane jest w co raz mniejszym zakresie i w wielu nowoczesnych monitorach już nie występuje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie w zakresie sposobu online dostawy oprogramowania i jego licencjonowania • Dopuszczamy jasność min. 250 cd/m² • Dopuszczamy rozdzielczość 1920x1080 60 Hz lub wyższą. • Dopuszczamy monitor bez złącza VGA