

Ciechanów dnia 8.07.2021 r.

ZP/2501/77/21

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów medycznych dla Bloku Operacyjnego – (nr postępowania ZP/2501/77/21)**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.		
1	Czy zamawiający dopuści : Elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona symetrycznie, powierzchnia 160cm ² , wymiary 122x200mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; o styku szerokości 2,5 cm, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dorosłych powyżej 15kg / opakowanie 100 szt. kompatybilną z aparatami firmy ERBE i ValleyLab. Uwaga firma BOWA do kontraktu dodaje 3 kable wielorazowego użytku do powyższych elektrod kompatybilne z aparatami ValleyLab.(z wtyczką ValleyLab)	Zgodnie z swz

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **12.07.2021r.**
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Bakiczyński
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych