

Ciechanów dnia 31.08.2021 r.

ZP/2501/76.1/21

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **materiałów medyczne dla potrzeb Oddziału Urologii, znak sprawy ZP/2501/76.1/21**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
<b>1.</b>		
<b>1</b>	<b>Poz. 1</b> 1. Prosimy o dopuszczenie: koszulki dostępu moczowodowego służące do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem moczowodowym ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów zawierające powłokę hydrofilną, widoczna w promieniu RTG, rozmiar kanału roboczego. Rozmiary kanału wewnętrznego i zewnętrznego; 11/13 długość: 36 cm; 11/13 długość 45 cm; 11/13 długość 55 cm 12/14 , długość : 36 cm; 12/14; długość 45 cm, 12/14; długość 55 cm do wyboru przez zamawiającego. Atraumatyczna miękka końcówka. Elastyczny i odporny na załamania. Płynne przejście od rozszerzacza do koszulki.	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
	2. W przypadku odpowiedzi odmownej Prosimy o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam przystąpienie do postępowania i nie ograniczy konkurencyjności.	Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty częściowej na dowolnie wybraną pozycję
<b>2</b>	<b>Poz. 2.</b> Prosimy o dopuszczenie: koszulki dostępu moczowodowego służące do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem moczowodowym ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopów zawierające powłokę hydrofilną, na zewnątrz i wewnątrz, widoczna w promieniach RTG- pierścień ułatwiający lokalizację. Dodatkowo koszulka posiada rozszerzacz zaopatrzony w części dalszej rowkiem, pozwalający wprowadzić prowadnik do moczowodu na zewnątrz pozostawiając czysty kanał roboczy, Posiadają mandryn z 3 otworami w części dystalnej umożliwiający podanie kontrastu. rozmiar : 10/ 12Fr długość 28 cm , 35 cm, 45cm, 55 cm ; 12/ 14Fr długość 28 cm , 35 cm, 45cm, 55 cm	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia

3	<p><b>poz. 3</b> 1. Prosimy o dopuszczenie: Stent moczowodowy z otwartym końcem, rekomendowany do drenażu długotrwałego, maksymalnie do 12 miesięcy. Wykonany z wysokiej jakości biokompatybilnego miękkiego materiału Innosoft, z oznaczeniem co 1 cm doskonale widocznym w RTG, o niskiej tendencji do inkrustacji. Posiada powłokę hydrofilową dla wysokiego komfortu pacjenta oraz ułatwionego wprowadzenia do moczowodu, idealny do długotrwałego użycia. Zawartość zestawu: Stent moczowodowy, popychacz sterowalny, prowadnica, zacisk. 6Fr, długość 26 cm</p>	Tak, jeśli zaoferowany produkt na popychacz z mechanizmem blokującym oraz prowadnicę wykonaną z nitinolu
	<p>2. Czy zamawiający będzie w tej pozycji również wymagał rozmiaru: 4, 8 na 26 cm ?</p>	Nie
4	<p><b>Poz.4</b> Prosimy o dopuszczenie: Bezkońcówkowy ekstraktor złożeń wykonany z nitinolu, przeznaczony do usuwania złożeń pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, z ergonomiczną rękojeścią do użytku za pomocą jednej ręki, z momentem obrotowym pozwalającym na precyzyjne wychwytywanie kamienia, rozmiar 1.5Fr/ 2.2 Fr o długości 120 cm, rozmiar koszyka 9 mm/ 11 mm</p>	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
	<p>Prosimy o dopuszczenie: Bezkońcówkowy ekstraktor złożeń wykonany z nitinolu, przeznaczony do usuwania złożeń pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, z ergonomiczną rękojeścią do użytku za pomocą jednej ręki, z momentem obrotowym pozwalającym na precyzyjne wychwytywanie kamienia, rozmiar 3 Fr o długości 90 cm, rozmiar koszyka 14 mm.</p>	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
5	<p><b>Poz. 1, 2, 3, 4</b> Czy zamawiający wymaga by na okres trzech miesięcy wykonawca dostarczył bezpłatnie model szkoleniowy 3D dla doskonalenia technik giętkiej uretroskopii. Nauki manipulacji ureteroskopem. • Nauki manipulacji endoskopem wraz z narzędziami jednorazowego użytku, takimi jak koszyki do ekstrakcji kamieni. • Nauki technik związanych z użyciem lasera holmowego YAG, w różnych konfiguracjach ustawień.?</p>	Dopuszczamy, nie wymagamy
6.	<p>Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców. Produkt opisany w pozycji 4 jest to produkt, który w swojej ofercie posiada tylko jedna firma COOK, co wpływa na brak możliwości złożenia oferty przez innych Wykonawców.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty częściowej na dowolnie wybraną pozycję

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **03.09.2021r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

Wiesław Babiżewski  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych

Andrzej Wolanin  
E.B.U. CHIRURG  
FELLOW  
SPECJALISTA UROLOG  
1657645

DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa