

Ciechanów dnia 14.09.2021 r.

ZP/2501/94/21

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego drobnego, znak sprawy ZP/2501/94/21**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
P1 - strzykawki		
1	pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą do 2,2 ml?	Tak, dopuszczamy
2	pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą do 5,5 ml?	Tak, dopuszczamy
3	pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą do 11 ml?	Tak, dopuszczamy
4	pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą do 22 ml?	Tak, dopuszczamy
5	pozycja 7,8 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?	Tak, dopuszczamy
6	pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml?	Tak, dopuszczamy
7	poz. 2-6 Czy zamawiający dopuści skalę nierozszerzoną?	Tak, dopuszczamy
8	poz. 7-9,14-15 Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?	Tak, dopuszczamy
P2 - wziernik ginekologiczny		
1	Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?	Tak, dopuszczamy
2	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zgodnie z swz
P3 - zgłębniki		
1	pozycja 18 Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 18 oczekuje zgłębnika PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, który posiada 3	Tak

	cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG, bez wielofunkcyjnych łączników (10 F, 12 F), zgłębniki Flocare posiadają złącze ENFIT służące do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® dostępnymi w państwa placówce, zastąpiło ono dotychczas stosowane połączenia EnLock i jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów wg Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.		
2	pozycja 19 Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 19 dopuści zestaw do przezskórnej gastrostomii PEG w rozmiarach CH 10, CH 14, CH 18?	Tak	
3	pozycja 19 Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 19 oczekuje zgłębnika gastrostomijnego, który w zestawie zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniając pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.	Tak	
P4 - przyrządy do przetoczeń			
1	pozycja 22,24 Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 22 i 24 oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare Infinity, które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu ? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ	Tak	
2	pozycja 23 Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 23 oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do Pompy Flocare 800, które są wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare 800 i jako jedyne gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu ? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ	Tak	
3	Pakiet P4, poz. 25,29 Czy zamawiający wydzieli poz.25,29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zgodnie z swz	
P6 - elektrody jednorazowego użytku, papier, żel			
1	poz. 32,33 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są	Tak	

	bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.	
2	poz. 32 Czy Zamawiający oczekuje w powyższej pozycji elektrod dla dorosłych okrągłych z języczkiem?	Tak
3	poz. 35 Prosimy o dopuszczenie prawidłowego rozmiaru ww. papieru Zoll stosowanego w tym urządzeniu tj 90mm x90mm x200kartek.	Tak
	pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 90x90?	tak
4	poz. 36 i 39 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG UPP 210SE o rozmiarze 210mm x 25m ze względu na zaprzestanie produkcji papieru K75HM i K70B i brak jego dostępności. W załączeniu pisma odnośnie zaprzestania produkcji	Tak
5	poz.42 Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110mm x20m , przystosowanego do powyższego urządzenia.	Tak
6	poz.46 Prosimy o wskazanie rodzaju wymaganej pasty: Every, Ten 20...	Zamawiający wskazuje jedynie jako przykład: Pasta EVERI (Przewodzący i ścierny preparat do zmniejszania impedancji skóry pacjenta podczas badań EKG, Holtera, wysiłkowych i EEG, oczyszczający powierzchnię skóry z martwego naskórka). Zamawiający dopuszcza naturalnie produkty równoważne do wskazanego, jeśli posiada takie same właściwości oraz skuteczność.
7	poz.48 Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x 23m (100mm to szerokość kratki na papierze)	Tak dopuszczamy
8	poz. 44, 45,47 Prosimy o informację czy Zamawiający w papierach oczekuje papieru kompatybilnego czy oryginalnego. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.	Zamawiający nie określa wymagań w tym względzie.
9	pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 90x90?	Tak dopuszczamy
10	pozycja 42 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x30?	Tak dopuszczamy
11	pozycja 48 Czy Zamawiający ma na myśli papier do Lifepak 12,10 w rozmiarze 50x30?	Tak
12	pozycja 36,39,44,45,47,50 Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?	Zamawiający nie określa wymagań w tym względzie

P7 - sprzęt medyczny drobny		
1	Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pak 7 pozycji nr 63 „ pojemnik na plwociny -10000 szt” do osobnego pakietu . Pozwoli nam to mogli złożyć Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową na ten produkt , bezpośrednio od producenta. Jednocześnie uprzejmie proszę o wskazanie pojemności pojemnika na plwociny.	Zgodnie z swz
2	pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Tak dopuszczamy
3	Zadanie 7, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak dopuszczamy
4	pozycja 78 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert	Tak dopuszczamy
P8 - dreny do ssaka		
1	pozycja 80 (dreny do ssaka) Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy drenu wewnętrznej 5 mm, długości 210 cm, spełniający pozostałe parametry bez zmian?	tak
2	pozycja 80 (dreny do ssaka) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „końcówki z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi”?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
3	pozycja 80 Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210 cm i średnicy wewnętrznej 5,6 mm?	Tak dopuszczamy
P9 - miski tekturowe		
1	pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści miskę z odpornością na temperaturę 35 stopni?	Tak dopuszczamy
P10 - folia operacyjna		
1	Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną poliuretanową, opakowanie indywidualne papier- folia oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany. Rozmiar całkowity 42 x 42 cm, rozmiar części lepnej 42 x 36 cm. Pozostałe wymagania zgodne z opisem.	Tak dopuszczamy
Umowa		
1	Projekt umowy – par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 6 projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy

<p>zamiast 4zwrotu „Wartości Umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”</p> <p>Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.</p>	
---	--

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **17.09.2021r.**
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Gabrzejewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych