

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę Dializatory dla Stacji Dializ – (nr postępowania ZP/2501/102/21)**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.		
1	Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą część oddzielnie w zakresie przedmiotu zamówienia?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
2	Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 1,4 m ² , pozostałe wymagania zgodne z SWZ?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
3	Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 1,6 m ² , pozostałe wymagania zgodne z SWZ?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
4	Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści dializatory niskoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
5	Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści dializatory wysokoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), pozostałe wymagania zgodne z SWZ?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
6	Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści dializatory wysokoprzepływowe z syntetycznej błony polieterosulfon (PES), o powierzchni 2,0 m ² pozostałe wymagania zgodne z SWZ?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
7	Dotyczy punktów 1 i 2 Pakietu zbiorczego „Dostawa Dializatorów dla Stacji Dializ” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach Pakietu zbiorczego w punkcie 1 oraz 2 dializatorów 1,4 m ² oraz 1,7 m ² odpowiednio, niskoprzepływowych, z membraną Polyamix™, wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną, z zatyczkami na przedziale krwi dializatora? Charakteryzujących się wysoką biokompatybilnością oraz zapewniających barierę	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia

	<p>chroniącą pacjentów przed przedostawaniem się endotoksyn z dializatu do krwi. Sterylizacja parą wodną pozwala eliminować ryzyko potencjalnej ekspozycji na pozostałości EtO oraz pomaga zmniejszyć ryzyko występowania efektów cytotoksycznych, związanych z promieniowaniem gamma</p>	
8	<p>Dotyczy Punktu 3 Pakietu zbiorczego „Dostawa Dializatorów dla Stacji Dializ”</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu zbiorczego w punkcie 3 dializatorów wysokoprzepływowych o powierzchni 1,8 m² z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu, sterylizowanych parą wodną zatyczki na przedziale krwi dializatora? Charakteryzujących się wyjątkową wydajnością w usuwaniu małych i średnich cząstek w trakcie hemodializy wysokoprzepływowej. Dializatory te usuwają małe cząsteczki rozpuszczone i β₂-mikroglobulinę w stopniu zbliżonym do dializatora, posiadającego membranę o polu powierzchni większym o 22%.</p>	<p>Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia</p>

Jednocześnie Zamawiający wyznacza termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **08.10.2021r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Inspektor
 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Orzelak