










GAZY MEDYCZNE OZNACZENIA WG EN-PN

Lp.	Rodzaj gazu	
1	TLEN	
2	PODTLENEK AZOTU	
3	POWIETRZE MEDYCZNE 0,5 MPa	
4	POWIETRZE MEDYCZNE 0,8 MPa	
5	PRÓŻNIA MEDYCZNA	
6	DWUTLENEK WĘGLA	
7	ODCIĄG GAZÓW	
8	POWIETRZE POZAMEDYCZNE	
9	WYRZUT POWIETRZA Z NARZĘDZI	

1. Naklejki (etykiety) należy wykonać jako samoprzylepne.
2. Powierzchnia zewnętrzna etykiet winna być gładka i odporna na ścieranie.
3. Napisy określające rodzaj gazu oraz otaczające je obwódki – kolor czarny o grubości 0,5mm.
4. Na etykietach linią przerywaną pokazano części etykiet, które należy przed przyklejeniem odpowiednio obciąć celem określenia właściwego klerunku przepływu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZORY I KOLORYSTYKA NAKLEJEK IDENTYFIKUJĄCYCH RUROCIĄGI