

Ciechanów dnia 11.01.2022 r.

ZP/2501/137/21

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
**na dostawę materiałów zużywalnych do mammograficznej biopsji piersi z dzierżawą
aparatu - znak ZP/2501/137/21**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o
wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Pytanie nr 1 Dotyczy: Załącznik nr 2, pozycja nr 3 Czy Zamawiający dopuści znacznik tkankowy Hydromark w rozmiarze 15G? Wyjaśniamy, że proponowany znacznik aplikuje się bezpośrednio do piersi celem oznaczenia guza, którego np. nie można zbioptować systemem próżniowym ze względu na lokalizację lub rozmiar piersi. Znacznik można również zaaplikować w guz, przed zaplanowanym wprowadzeniem terapii neoadjuwantowej. Znacznik tkankowy tytanowy jest powleczony hydrożelem, w przynajmniej trzech kształtach, widoczny w badaniu RTG. i MR trwale, w USG do 12 miesięcy.</p>	Zgodnie ze specyfikacją.
2	<p>Pytanie nr 2 Dotyczy: Projekt umowy §5 ust 5 Wnosimy o zmianę warunku uznania przez Zamawiającego przeprowadzenia przeglądu, poprzez dostarczenie przez Wykonawcę w przeciągu 4 dni roboczych po zakończeniu przeglądu stosownego raportu serwisowego dokumentującego jego wykonanie.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
3	<p>Pytanie nr 3 Dotyczy: Projekt umowy §5 ust 7 Wnosimy o ograniczenie możliwości telefonicznego zgłaszania awarii urządzeń do dni roboczych. Placówka serwisowa wykonawcy pracuje w dni robocze d poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
4	<p>Pytanie nr 4 Dotyczy: Projekt umowy §5 ust 9 Wnosimy o wydłużenie terminu wskazanego na naprawę urządzenia do 7 dni roboczych oraz wykreślenie zdania „Naprawa zostanie wykonana w miejscu instalacji urządzenia”. Ze względu na specyfikę urządzenia zdecydowana większość napraw musi być przeprowadzona w wyspecjalizowanej placówce serwisowej Wykonawcy, przez co Wykonawca nie może zagwarantować przeprowadzenia naprawy w miejscu wykonania instalacji. Na czas naprawy Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy, tak jak jest to zawarte w ustępie 10 tego samego paragrafu</p>	Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu punktu dotyczącego sprzętu zastępczego na czas awarii.

5	Pytanie nr 5 Dotyczy: Projekt umowy §5 ust 11 Wnoskujemy o wykreślenie w/w ustępu. Według wykonawcy zapis ten nie dotyczy urządzenia, które ma zostać wydierżawione Zamawiającemu w przedmiotowym postępowaniu.	Zamawiający usuwa wskazany punkt.
6	Pytanie nr 6 Dotyczy: Projekt umowy §5 ust 13 Prosimy o wydłużenie czasu wskazanego na przekazanie pocztą elektroniczną raportu serwisowego z 24 do 48 godzin w dni robocze	Zamawiający wyraża zgodę.
7	Pytanie nr 7 Dotyczy: Projekt umowy §6 ust 4 Wnosimy o odstąpienie od zapisów ustępu 4, paragrafu 6 w wypadku, gdy dostawy są realizowane na zlecenie Wykonawcy, przez zewnętrzne firmy kurierskie.	Pozostaje zgodnie z zapisem.
8	Pytanie nr 8 Dotyczy: Projekt umowy §6 ust 18 W nawiązaniu do postanowień paragrafu 6 ustępu 18 wzoru Umowy prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga utworzenia depozytu i wskazanie odnośnych postanowień SWZ	Zamawiający usuwa z umowy zapisy dotyczące depozytu
9	Pytanie nr 9 Dotyczy: Projekt umowy §7 ust 3 Zwracamy się z wnioskiem o uprzednie wezwanie Wykonawcy do należytego wykonywania umowy, w oznaczonym w nim terminie zanim Zamawiający skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 tegoż paragrafu. Zapisy ustępu 2 są nazbyt restrykcyjne i w połączeniu z zapisami ustępu 3 nie dają możliwości odpowiedniego zareagowania przez Wykonawcę w wypadku, gdy sytuacje opisane w ustępach 2.1 oraz 2.2 powstały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy	Zapis pozostaje bez zmian.
10	<u>Pytanie 1:</u> Dotyczy Załącznika nr 2, pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie sondy do USG i RTG 9G lub 12G	Zamawiający nie dopuszcza.
11	<u>Pytanie 2:</u> Dotyczy Załącznika nr 2, pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie znacznika 9G lub 12G	Zamawiający nie dopuszcza.
12	<u>Pytanie 3:</u> Dotyczy Załącznika nr 2, pozycja 4 Prosimy o dopuszczenie pojemnika próżniowego o pojemności 490cc	Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Dotyczy Załącznika nr 2b, pozycja 2

Prosimy o dopuszczeni aparatu do biopsji próżniowej pod USG i RTG

	Parametry techniczne, w tym wymagania jakościowe:		
1.	System z wbudowaną pompą próżniową z systemem ssąco płuczającym oraz automatycznym przesuwem pobieranych fragmentów tkankowych w pojemnik umożliwiający wzrokową kontrolę poszczególnych wycinków	TAK	
2.	Możliwość wykonania zabiegu pod kontrolą USG i RTG	TAK	
3.	Zasilanie sieciowe 230V	TAK	
5.	Obsługa urządzenia przy pomocy przycisków membranowych	TAK	
6.	Szybkie pobieranie wycinków – min 5s na jeden cykl	TAK	
7.	Stała siła ssania	TAK	
8.	Możliwość podłączenia igieł biopsyjnych w rozmiarze: 9G i 12G	TAK	
9.	Możliwość podania znieczulenia w trakcie biopsji przez dreny bez konieczności wyciągania igły z piersi	TAK	
10.	Podawanie znieczulenia ręcznie i automatycznie	TAK	
11.	System rotacyjny noża tnącego	Parametr oceniany	Tak- 10 pkt. NIE – 0 pkt.
12.	Możliwość stosowania igieł z różną wielkością komory: min 12mm i 20mm	TAK	
13.	Trokarowy system wprowadzania igły	Parametr oceniany	Tak-10 pkt. Nie- 0 pkt.
14.	Możliwość wykorzystania systemu pod MRI	TAK	
15.	Możliwość sterowania ruchem noża tnącego za pomocą przycisku nożnego	TAK	

Zamawiający nie dopuszcza.

13

Pytanie 5:

Dotyczy § 6 ust.1 projektu umowy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 12 dni roboczych.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z

Zamawiający nie zmienia zapisów.

14

	<p>powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.</p> <p>Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu wirusa COVID-19 i związanych z obecną sytuacją działań służb sanitarnych wielu państw mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach.</p> <p>Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.</p> <p>Przedmiot zamówienia produkowany jest przez Firmę Hologic z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 12 dni roboczych.</p>	
15	<p>Pytanie 6: Dotyczy § 5 ust.8 projektu umowy Czy Zamawiający dopuści kontakt telefoniczny lub zdalny jako czas reakcji serwisu? Jednocześnie prosimy o ujednolicenie zapisu do 48 h zgodnie z zapisami w załączniku 2b pkt.1 „Wymagania pozostałe”</p>	Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny lub zdalny jako czas reakcji serwisu, jednocześnie zmienia zapis specyfikacji na „24 godz.”
16	<p>Pytanie 7: Dotyczy § 5 ust.9 projektu umowy Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie naprawy bez użycia części i z użyciem części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 3 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.
17	<p>Pytanie 8: dotyczy § 5 ust.10 projektu Umowy W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.
18	<p>Pytanie 9: W nawiązaniu do § 5 ust.12 projektu Umowy zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację wg poniższych propozycji: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany każdego urządzenia dzierżawionego w ramach Umowy na nowe, pozbawione wad, o parametrach oraz właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych od dzierżawionego dotychczas, w przypadku gdy w okresie 12 miesięcy jego eksploatacji, miały miejsce trzy istotne awarie tego samego podzespołu (wyłączające aparat z eksploatacji) , nie</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.

	<p>wynikające z przyczyn leżących po stronie użytkownika, uniemożliwiające wykonywanie badań diagnostycznych.(...)</p> <p>Wyjaśniamy, że producent aparatu, po jednej naprawie wymienia uszkodzony podzespół na nowy, co gwarantuje pełną sprawność całego urządzenia. Nie ma więc podstaw do wymiany całego systemu na nowy, po trzeciej naprawie, tj czwartym uszkodzeniu tego samego istotnego podzespołu, gdy aparat nie wykazuje żadnych wad i pracuje bezawaryjnie.</p> <p>W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na w/w zapis.</p>	
19	<p><u>Pytanie 10:</u> Dotyczy § 3ust.13 projektu umowy Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.
20	<p><u>Pytanie 11:</u> Dotyczy § 4 ust.1 projektu umowy Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.
21	<p><u>Pytanie 12:</u> W nawiązaniu do § 7 ust.1 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.
22	<p><u>Pytanie 13:</u> Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.
23	<p><u>Pytanie 14:</u> Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od n-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów.

Jednocześnie Zamawiający wydłużenie termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **17.01.2022r.**
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Inspektor
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Grzelak

Wiesław Babizewski
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych