

Ciechanów dnia 04.03.2022 r.

ZP/2501/22.01/22

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

**dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szwów chirurgicznych  
- znak ZP/2501/22.01/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie szw, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	<b>Pakiet I, pozycja 1-8</b> - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej?	Zgodnie z SWZ
2	<b>Pakiet I, pozycja 3-6</b> - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej kosmetycznej bez określenia „micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zgodnie z SWZ
3	<b>Pakiet I, pozycja 6</b> – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?	Zgodnie z SWZ
4	<b>Pakiet IV</b> – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu poliestrowego bez powleczenia polibutylenem?	Zgodnie z SWZ
5	<b>Pakiet IV, pozycja 43</b> – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła odwrotnie tnącej?	Zgodnie z SWZ
6	<b>Pakiet IV, pozycja 44</b> – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm i krzywiznie 1/2 koła okrągłej?	Zgodnie z SWZ
7	Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie XI w poz. 78 w miejsce szwu z kwasu poliglikolowego do tkanek mięszszowych z w związku z zakończeniem jego produkcji szew z poliglikonatu o średnim okresie wchłaniania oraz podtrzymywania tkankowego, syntetyczny, pleciony, barwiony, czas podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 75%, czas całkowitego wchłaniania po 56-70 dniach, grubość nici usp. 2, długość nitki 90 cm, z igłą tępą 65 mm, 1/2 koła okrągłą w ilości 1op.=24 szt.?	Tak dopuszczamy
8	Czy Zamawiający akceptuje modyfikacje Załącznika nr 2 do SWZ (WYKAZ PRÓBEK) w zakresie odnoszącym się do wyceny próbek (tj. kolumna 8-10 tabeli) – poprzez odstąpienie od wymogu podawania ich wartości?  Wykonawca nadmienia, iż zgodnie z częścią XVII, pkt 1.2 tiret pierwsze SWZ, <i>próbki powinny być złożone nieodpłatnie</i> . Wobec powyższego zasadnym wydaje się brak określania wartości próbek. Wykonawca podkreśla, iż wręczenie próbek nie ma charakteru stricte handlowego – przekazanie próbek stanowi bowiem warunek udziału w przetargu. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie (IPPP1-443-S/1749/08-7/IZ): <i>W takich przypadkach spółka przekazuje możliwie najmniejszą ilość próbek, które z jednej strony pozwolą zamawiającemu (placówce medycznej) poznać właściwości zamawianego produktu, przekonać o przewadze nad produktami konkurencji a z drugiej strony - mając na uwadze wielkość zamówienia - nie stanowią dla zamawiającego żadnej realnej wartości, tj. zamawiający, poza poznaniem właściwości produktów</i>	Dopuszczamy brak podawania wartości

	<i>medycznych na podstawie dostarczonych próbek, możliwości ich przetestowania, itd., nie uzyskuje żadnego realnego przysporzenia.</i>	
9	Wobec powyższego zasadnym wydaje się brak wskazywania wartości próbek w Załączniku nr 2 do SWZ. Czy w przypadku braku zgody na rozwiązanie wskazane w pkt 1, Zamawiający akceptuje, by w Załączniku nr 2 do SWZ (WYKAZ PRÓBEK) w zakresie odnoszącym się do wyceny próbek (tj. kolumna 8-10 tabeli) wskazać wartość cenę jednostkową netto/wartość netto/wartość brutto w wysokość 0,00 PLN.	Dopuszczamy brak podawania wartości
10	Czy w przypadku braku zgody na rozwiązanie wskazane w pkt 1, Zamawiający akceptuje, by w Załączniku nr 2 do SWZ (WYKAZ PRÓBEK) w zakresie odnoszącym się do wyceny próbek (tj. kolumna 8-10 tabeli) wskazać odpowiedź „nie dotyczy”.	Dopuszczamy brak podawania wartości
11	Czy w przypadku braku zgody na rozwiązanie wskazane w pkt 1, Zamawiający akceptuje, by w Załączniku nr 2 do SWZ (WYKAZ PRÓBEK) w zakresie odnoszącym się do wyceny próbek (tj. kolumna 8-10 tabeli) wskazać odpowiedź „próbka dostarczana nieodpłatnie”.	Dopuszczamy brak podawania wartości
12	Czy w przypadku braku zgody na rozwiązanie wskazane w pkt 1,2,3,4, Zamawiający wymaga, by w Załączniku nr 2 do SWZ (WYKAZ PRÓBEK) w zakresie odnoszącym się do wyceny próbek (tj. kolumna 8-10 tabeli) wskazać wartość cenę jednostkową netto/wartość netto/wartość brutto próbek w wartości analogicznej do oferowanych produktów?	Dopuszczamy brak podawania wartości
13	Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania próbek wraz z ofertą na rzecz katalogów i innych materiałów informacyjnych?	Brak akceptacji
14	W przypadku braku zgody na powyższe, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty próbek dwóch wybranych pozycji z każdego pakietu.	Zgoda na propozycję
15	<b>Dotyczy Pakiet II poz. 17</b> Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?	Tak dopuszczamy
16	<b>Dotyczy Pakiet II poz. 29</b> Czy Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?	Tak dopuszczamy
17	<b>Dotyczy Pakiet III, poz. 39</b> Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, wzmocnioną, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak dopuszczamy
18	<b>Dotyczy Pakiet V, poz. 45</b> Czy Zamawiający dopuści nić o długości 2 x 50 cm, igłę o długości 90 mm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak dopuszczamy
19	<b>Dotyczy Pakiet VIII, poz. 58</b> Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak dopuszczamy
<b>Dotyczy projektu umowy</b>		
1a	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 5: W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę z tego tytułu karą umowną w wysokości 0,5% wartości <b>brutto niedostarczonej w terminie</b> dostawy za każdy dzień zwłoki, w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem i treścią Umowy, <b>jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie</b>	Zamawiający nie akceptuje propozycji zmiany projektu umowy

1b	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 5: W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości <b>brutto niezrealizowanej części</b> Umowy	Zamawiający nie akceptuje propozycji zmiany projektu umowy
2	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	§4 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: <i>Faktura może być złożona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy <a href="http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl">www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl</a> lub na adres e-mail: <a href="mailto:faktura@szpitalciechanow.com.pl">faktura@szpitalciechanow.com.pl</a></i>
3	Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności	Zamawiający nie akceptuje propozycji
4	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 13 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zamawiający nie akceptuje propozycji
5	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?	Zamawiający nie akceptuje propozycji
6	Czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) poprzez wskazanie, iż termin oznaczony w wezwaniu do należytego wykonywania umowy będzie wynosić minimalnie 7 dni roboczych.	Brak akceptacji dla propozycji
7	Czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 6 ust. 9 zdanie 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego lub zbliżonego brzmienia: <i>„Wszystkimi kosztami wynikającymi z „dostawy zastępczej” (różnica w cenie zakupu plus koszty transportu/przesyłki do Zamawiającego) zostanie obciążony Wykonawca”.</i> Wykonawca nadmienia, iż ponoszenie wszelkich kosztów zakupu zastępczego stanowi nieuzasadnione rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, istotnie odbiegające od powszechnych warunków rynkowych (w których Wykonawca co do zasady pokrywa różnicę w kosztach). Wobec powyższego rozwiązanie proponowane przez Zamawiającego w § 6 ust. 9 zdanie 3 Umowy może zostać uznane jako wpływające na konkurencyjność postępowania.	Brak akceptacji dla propozycji

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **10.03.2022r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR  
*Andrzej Juliusz Kamasa*