

ZP/2501/34/22

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Sprzęt medyczny jednorazowy - różny - znak ZP/2501/34/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	<p>Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulacja przepływu od 5 do 250 ml / h (niebieskie cyfry na białym tle) jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości. • regulacja przepływu od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%. • zakres błędów wynosi $\pm 15\%$. • komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free) • kroplomierz komory 20 kropli = 1ml $\pm 0,1$ml • filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm • kolec z odpowietrzeniem • odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamkniętą kolorową kłapką • długość drenu 145 cm • zacisk rolkowy wyposażony w uchwyty na dren • port Y • oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami • nie zawiera lateksu ani ftalanów • jednorazowego użytku • sterylizowany tenktem etyleniu • pakowanie: 1 sztuka/papier/folia 	tak dopuszczamy
2	Proszę o doprecyzowanie czy szkiełka podstawowe pakietu 2 mają być cięte czy szlifowane, z rogami pod kątem 90 stopni czy 45 st, z polem matowym czy emaliowanym?	nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
3	<p>Dotyczy Pakietu 9 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,9999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?</p>	tak dopuszczamy
4	<p>Pakiet , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane jako produkt kosmetyczny, objęte 23% stawką vat?</p>	zgodnie z SWZ

5	Pakiet , pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?	zgodnie z SWZ
6	Pakiet 1 poz.1-prosimy o dopuszczenie strzygarki akumulatorowej z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo (ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych miejsc), z baterią Li-ion zapewniającą 60 min pracy po pełnym naładowaniu, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ	zgodnie z SWZ
7	Pakiet 1 Poz. 2-Prosimy o dopuszczenie ostrzy o szerokości ostrza tnącego 36 mm i szer. całkowitej 46 mm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.	zgodnie z SWZ
8	Pakiet nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje myjki nasączonej aktywowaną wodą czy suchej myjki?	zgodnie z SWZ
9	Pakiet nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w całości z poliestru?	zgodnie z SWZ
10	Pakiet nr 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o złączu 22M/15F-22F/15M, tak jak dotychczas dostarczany?	zgodnie z SWZ
11	Pakiet nr 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści średnicę drenu 4,8mm x 6,8mm, tak jak dotychczas dostarczany?	zgodnie z SWZ
12	Pakiet nr 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • Przetaczanie płynów i leków wymagających precyzyjnej podaży • dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów • Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml) • komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP • ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami • odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką • elastyczna komora kroplowa • kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml • filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm • uniwersalne zakończenie drenu luer-lock • precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy • miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP • długość drenu 150 cm • pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu • sterylizowany tlenkiem etylenu • pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk • opakowanie papier/folia • na opakowaniu nadrukowana informacja o braku DEHP oraz zakresie regulacji, tak jak dotychczas dostarczany	zgodnie z SWZ

13	<p>Pakiet nr 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) • Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% • Skuteczność filtracji wirusowej: 99,99% • Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy • Przestrzeń martwa: 40ml • Waga: 30g • Objętość oddechowa: 150-1500ml • Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500 • Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min • Złącza: 22M/15F-22F/15M • Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką • Opakowanie: papier/folia • Jałowy: tak, tak jak dotychczas dostarczany? 	zgodnie z SWZ
14	<p>Pakiet nr 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o potwierdzonej filtracji wobec gronkowca złocistego i bakteriofagów?</p>	zgodnie z SWZ
15	<p>Dotyczy P4 myjki jednorazowe 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek wykonanych z: 20% wi-skoza, 80% poliester.</p>	zgodnie z SWZ
16	<p>Dotyczy P5 sprzęt wspomagający oddychanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z nawilżaczem, pediatryczny, średnica wewnętrzna (od strony pacjenta) 20/15 mm; średnica wewnętrzna (od strony respiratora) 13 mm.</p>	zgodnie z SWZ
17	<p>Dotyczy P9 filtry 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czystego mikrobiologicznie filtra elektrostatycznego anestezjologicznego, antibakteryjnego, antywirusowego z portem kapno, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 45 ml, waga do 31g, objętość oddechowa 300-1500 ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo.</p>	zgodnie z SWZ
18	<p>Pytanie 1 – dotyczy pakietu 9 poz. 1 Czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania filtra, w którym poziom filtracji przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej jest na poziomie >99.998%, utrata wilgotności mieści się w zakresie 5,5-6,0 mg H2O/l, opór przepływu przy 30l/min to 1.6 cmH2O, przy 60l/min to 2.7 cmH2O, port kapno zabezpieczony jest zatyczką (nie wkładanym) przymocowaną do filtra (aby uniknąć zgubienia), a na obudowie filtra umieszczona jest informacja o producencie oraz minimalnej objętości oddechowej filtra dla ułatwienia identyfikacji?</p>	tak dopuszczamy
19	<p>Czy Zamawiający wymaga by test ureazowy wyposażony był w narzędzie do bezpiecznego przenoszenia bioptatu na pole reakcyjne testu?</p>	nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
20	<p>Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 2 na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.</p>	Tak dopuszczamy podawanie cen jednostkowych (netto i brutto) za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku

21	<p>Pytanie nr 2</p> <p>Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
22	<p>Pytanie nr 3</p> <p>Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
23	<p>Pytanie nr 4</p> <p>Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.</p>	Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ
24	<p>Pytanie nr 5</p> <p>Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 20% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
25	<p>Pytanie nr 6</p> <p>W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą na:</p> <p><i>Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wartości brutto umowy.</i></p> <p>Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy

	uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.	
26	<p>Pytanie nr 7</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż</p> <p>„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?</p> <p>Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.</p>	Mając na względzie czynniki ekologiczne, dopuszczamy takie rozwiązanie
27	<p>Pytanie nr 8</p> <p>Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:</p> <p><i>„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”</i></p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
28	<p>Pytanie nr 8</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?</p> <p>Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonjunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”</p>	Zamawiający nie wyklucza zaistnienie okoliczności o których mowa w art. 455 ust. 2 Pzp
29	<p>Pytanie nr 9</p> <p>Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji pandemii Covid-19 i wiążących się z nią kłopotów w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.</p>	Paragraf 7 ust.1 pkt 1.7 projektu umowy
30	<p>Pytanie nr 10</p> <p>Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dookreślenie że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1,</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy

	z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.	
31	<p>Pytanie 11</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji SWZ, poprzez wprowadzenie zapisu zgodnie z treścią art. 107 ust.2-4 ustawy prawo zamówień publicznych do SWZ o następującej treści:</p> <p><i>„... 2.Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.</i></p> <p><i>3.Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.</i></p> <p><i>4.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych....”</i></p>	Odsyłamy do cz. XII pkt 6 SWZ
32	<p>Pytanie r 12</p> <p>Prosimy o usunięcie postanowienia § 6 ust 8 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.</p> <p>Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.</p> <p>Wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowiern zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
33	<p>Pytanie nr 13</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?</p> <p>Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:</p> <p>„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:</p> <p>zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%</p> <p>Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy

	<p>Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”</p> <p>Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesiące z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.</p> <p>Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.</p>	
34	<p>Pytanie nr 14</p> <p>Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli dot. wprowadzania zmian do umowy:</p> <p><i>Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w sytuacji pandemii i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz uznają, że konsekwencje geopolityczne, ekonomiczne oraz społeczne tych zdarzeń nie są możliwe do przewidzenia. W konsekwencji za nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy strony uznają wszelkie okoliczności pozostające w związku z wyżej wymienionymi sytuacjami, które mogą wpłynąć na realizację tej Umowy. Na tej zasadzie Wykonawca ma możliwość skorzystania z przyznanych mu tą Umową oraz przepisami prawa uprawnień w zakresie kierowania do Zamawiającego wniosków i roszczeń co do zmiany Umowy w przypadkach określonych w tej Umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących w każdym czasie obowiązywania Umowy.</i></p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
35	<p>Dot. projektu umowy zał. Nr 3</p> <p>Dotyczy par. 5 ust. 1</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 5 ust. 2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”</p> <p>Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.</p>	Tak, przystajemy na takie rozwiązanie
36	<p>Dotyczy par. 7 ust. 1</p> <p>Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie w projekcie umowy zapisu wynikającego z art. 142 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publiczny, z uwagi na czas trwania umowy powyżej 12 miesięcy?</p> <p>W art. 142 ust. 5 Ustawy jest mowa o tym, że jeśli umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać „postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:</p> <p>1) stawki podatku od towarów i usług,</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy

	<p>2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,</p> <p>3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne</p> <p>4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.</p> <p>Czy Zamawiający ma świadomość, że przepis art. 142 ust. 5 Ustawy jest bezwzględnie obowiązujący i fakt nie umieszczenia w umowie postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy powoduje, iż wykonawca nie może z tego zapisu skorzystać?</p>	
37	<p>Dotyczy par. 6 ust. 1</p> <p>Pyt. 1. Bardzo proszę o potwierdzenie, że kara umowna z tytułu niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostawy niezgodnej z zamówieniem będzie naliczana jako procent od wartości zamówienia <u>jednostkowego</u>.</p> <p>Pyt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia?</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
38	<p>Dotyczy par. 6 ust. 6</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na 3% niezrealizowanej części wartości umowy?</p> <p>Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest nie38sprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy oraz o zmniejszeniu wymiaru kary na 3%.</p>	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
39	<p>Dotyczy par 8</p> <p>Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem, 2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności, 3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 	Zamawiający nie zmienia treści zapisów Umowy
40	<p>Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych (netto i brutto) za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?</p> <p>Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku,</p>	Tak dopuszczamy podawanie cen jednostkowych (netto i brutto) za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku

	<p>dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”. Ponadto, wymóg określenia w formularzu cenowym cen jednostkowych (zarówno netto i brutto) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, może powodować, że cena jednostkowa netto i brutto będzie taka sama, dlatego też w takich wypadkach zasadne jest dopuszczenie cen jednostkowych netto i brutto, a przynajmniej brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku – „jeśli cena jednostkowa netto i brutto miałyby być taka sama, możliwe jest wyrażenie ceny jednostkowej w tysięcznych i dziesięciotysięcznych częściach złotego” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 8/09). Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych (zarówno netto i brutto) z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za 100 sztuk bądź za opakowanie handlowe.</p>	
41	<p>Dotyczy P2 Poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaferowania szkiełek z jednostronnym polem do opisu?</p>	Tak oczekujemy takiego asortymentu
42	<p>Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 : Czy Zamawiający będzie wymagał igły biorczej ściętej dwupłaszczyznowo i wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, co ułatwia umieszczenie przyrządu w opakowaniu z płynem infuzyjnym?</p>	Zgodnie ze specyfikacją
43	<p>Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przyrządy posiadały nazwę producenta na zaciskaczu/ samym przyrządzie, co daje możliwość szybkiego zidentyfikowania przyrządu po wyjęciu z opakowania? Możliwość identyfikacji jest wymagana podczas zgłoszenia reklamacji na dany wyrób lub przy ewentualnym incydencie medycznym.</p>	Nie akceptujemy propozycji
44	<p>Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 : Czy Zamawiający będzie wymagał, aby komora kroplowa w części przezroczystej miała długość min. 60 mm, co ułatwia użytkowanie przyrządu?</p>	Zgodnie ze specyfikacją
45	<p>Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu i łącznikiem Y z dodatkowym portem do iniekcji (igłowy), nie zawierający ftalanów, sterylny, nietoksyczny, niepirogenny, bez lateksu, zacisk na drenie do zamknięcia infuzji, regulator przepływu w kształcie cylindra - 2 46skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10%, 2 za47kres 5-200 ml – 40%, komora kroplowa 20 kropli = 1 ml± 0.1 ml, długość drenu 200cm? 5. związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym</p>	Nie akceptujemy propozycji

	<p>rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.</p> <p>6. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?</p> <p>7. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?</p> <p>8. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?</p>	
46	<p>Zadanie 9: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości sterylny filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapano, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów skuteczność filtracji wobec HCV i TB, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, lepsza przestrzeń martwa 35ml, waga 31g, leszy zwrot wilgoci 38.8 mg H2O/l, opór przepływu 1,8cm H2O przy przepływie 60l/min, objętość oddechowa 150ml, złącze proste, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo?</p>	Zgodnie ze specyfikacją
47	<p>Pakiet P3 czy zamawiający dopuści IS o dł. komory kroplowej ok. 6,2 cm? Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?</p>	Zgodnie ze specyfikacją
48	<p>Pytanie 1: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 myjki z następującym opisem: Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm, gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary (wymiary i parametry większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk.Przeliczenie na opakowania handlowe 12 szt.</p>	Tak dopuszczamy

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **01.04.2022r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR

Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Bobrzewski

Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych