

Ciechanów dnia 05.04.2022 r.

ZP/2501/34/22

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

**dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Sprzęt medyczny jednorazowy - różny - znak ZP/2501/34/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet 3 poz.4 Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 45 mm (40 mm w części przezroczystej)?	zgodnie z SWZ
2	Pakiet 8 poz.9 Czy Zamawiający dopuści przepływ w zakresie 5-250ml/h?	tak dopuszczamy
3	Pakiet 8 poz.9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez dodatkowego portu?	zgodnie z SWZ
4	Pakiet 8 poz.9 Czy Zamawiający dopuści 15 µm filtr płynu?	zgodnie z SWZ
5	Pakiet 8 poz.9 Czy Zamawiający dopuści Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwным?	tak dopuszczamy
6	Pakiet 8 poz.9 Czy Zamawiający dopuści kroplomierz 20 kropli?	tak dopuszczamy
7	Pakiet 9 poz.10 Czy Zamawiający dopuści filtr opisany poniżej: ZASTOSOWANIE: • <b>Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych.</b> Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie. WŁAŚCIWOŚCI: • Wykonanie: ABS, papier filtracyjny • składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej. • Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta • Wymienia energię cieplną wdychanego i wydychanego powietrza • Niskie opory przepływu • Opakowanie: blister : 1 sztuka • sterylne przez EO, jednorazowego użytku • Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk • Gramatura filtra 30g-33g • Przestrzeń martwa 19 ml	tak dopuszczamy

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **08.04.2022r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

Wiesław Bobiżewski

Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych

DYREKTOR

Andrzej Juliusz Kamasa