

ZP/2501/10/22

**Zawiadomienie o częściowym wyborze  
najkorzystniejszych ofert ( pak. 4)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawa odczynników dla ZDL.**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, że w powołanym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez:

**Pakiet 5 Materiały do oznaczeń hematologicznych**

Wykonawca
Sysmex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa NIP: 5222772467

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 04.04.2022 godz. 10:00 złożono oferty:

**Pakiet 5 Materiały do oznaczeń hematologicznych**

Wykonawca
HORIBA ABX Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa NIP: 525-21-91-781
Sysmex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa NIP: 5222772467

Wykonawców nie wykluczono.

Odrzucono ofertę wykonawcy HORIBA ABX Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa **na podstawie art. 226 ust 1.pkt 5) PZP** tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia:

1. W załączniku 2a-OPZ dotyczącym pakietu nr 4, opisującym warunki graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany system (odczynniki, materiały kontrolne, eksploatacyjne i analizator), w pkt 2 podany był warunek aby zaoferowane odczynniki gotowe wolne od metanolu.  
W wyjaśnieniach z dnia 25.03.2022 r Zamawiający potwierdził ten warunek nie dopuszczając w pakiecie pozycji 2 (Tabeli 2) odczynników gotowych posiadających w swoim składzie metanol. W złożonej przez Wykonawcę ofercie brak było potwierdzenia spełnienia w/w warunku.
2. W załączniku 2a-OPZ dotyczącym pakietu nr 4, opisującym parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator hematologiczny oraz odczynniki do oznaczania morfologii z rozdziałem WBC 5-Diff, w pkt 13 podany był wymóg wykonywania badań w systemie zamkniętym i otwartym z próbek 1.5 ml, 2,7 ml i z mikropróbówek (próbki pediatryczne-0,200ml). W wyjaśnieniach z dnia 25.03.2022 r Zamawiający nie dopuścił by objętość próbki pediatrycznej wynosiła 250 µL.  
W złożonej przez Wykonawcę ofercie brak było potwierdzenia spełnienia w/w warunku.

Zgodnie z art. 223 ust.1 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty i złożenia stosownych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych produktów z wymaganiami postawionymi w SWZ. Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie złożył wyjaśnień i nie przedstawił dokumentów do jakich został wezwany.

Oferty otrzymały następującą punktację, przydzieloną w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert.

**Pakiet 4 Materiały do oznaczeń hematologicznych**

Wykonawca	Punkty przyznane ofertom		
	cena	Ocena jakości	Razem
Systemex Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176 02-486 Warszawa NIP: 5222772467	60,00	40,00	100,00

Jednostronnie podpisaną przez zamawiającego umowę przesłemy wybranemu Wykonawcy pocztą.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:  
Andrzej Juliusz Kamasa

DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

Wiesław Borkiewicz  
Kierownik  
Sekcji ds. Zamówień publicznych