

Ciechanów dnia 27.04.2022 r.

ZP/2501/55/22

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

**dotyczy:** Zakup oraz dostawa lasera jaskrowego YAG/SLT z modułem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – znak sprawy ZP/2501/55/22

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie SWZ, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuści laser YAG/SLT o 5 powiększeniach tj. 5x, 8x, 14x, 25x, 38x, sterowany z kolumny oraz z laserem celowniczym 635nm, zakres emitowanej energii 0,2-15 mJ — pozostałe parametry bez zmian?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia

DYREKTOR

Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Bobiżewski  
Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych