

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
tel. 23 / 672 31 27 / 23 / 2504 10 122 / 672 27 67
tel. sek. 23 / 672 31 27
NIP 566-10-19-200; REGON 000311622

Ciechanów dnia 01.06.2022 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę materiałów do Hematologicznych** ogłoszonego w dniu **18.05.2022 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **2022/BZP 00164877/01** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie modyfikuje treść udzielonych wyjaśnień w dniu 31.05.2022r.

Poniżej **ZMIENIONE** odpowiedzi:

Lp.	Pytanie	odpowieź
5	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował zewnętrzną kontrolę jakości producenta oferowanego analizatora, która oparta jest na materiale do kontroli codziennej, jest kontrolą międzylaboratoryjną, daje możliwość wydruku comiesięcznych raportów oraz uzyskanie raz w roku certyfikatu uczestnictwa w kontroli?	Zamawiający wyraża zgodę, aby kontrola jakości, zewnętrzna, była oparta na codziennej kontroli jakości pod warunkiem, że będą to 3 poziomy codziennie, a wyniki badań zapisywane i odsyłane elektronicznie (nie wpisywane manualnie), comiesięczne raporty z kontroli jakości przysyłane elektronicznie z możliwością wydruku zgodnego z oryginałem. Uzyskany, oryginalny certyfikat uczestnictwa otrzymamy elektronicznie lub pocztą w formie papierowej
6	Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 48: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby konsultacje telefoniczne w zakresie obsługi aparatu były udzielane przez autoryzowany serwis producenta aparatu, który posiada min. 5-letnie doświadczenie w obsłudze oferowanego modelu analizatora? Zapewni to merytoryczne i profesjonalne wsparcie i pomoc dla Użytkownika.	Zamawiający nie stawia wymogu co do długości doświadczenia w obsłudze oferowanego modelu analizatora, który posiada autoryzowany serwis producenta aparatu.

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że **zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 06.06.2022 r. godz. 10:00 i otwarcia 06.06.2022 r. godz. 10:30.**

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

Wiesław Babiński
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych