

ZP/2501/78/22

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Sprzęt medyczny jednorazowy - znak ZP/2501/78/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedzi
1	P1 myjki jednorazowe Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek ze stawką 23%.	Tak dopuszczamy
2	P1 myjki jednorazowe Pyt. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w opakowaniach a`20 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.	Tak dopuszczamy
3	P1 Czy zamawiający dopuści jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?	Tak dopuszczamy taki produkt
4	Pytanie nr 1 – Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr1 myjki, myjek z następującym opisem: Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24cmx 20cm, grubość co najmniej 0,7cm, gramatura nie mniejsza niż 120g/m2 wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary(wymiary i parametry większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk z 23% vat.	Tak dopuszczamy taki produkt
5	Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjki zarejestrowane jako produkt kosmetyczny, objęte 23% stawką vat?	Tak dopuszczamy
6	Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?	Tak
7	Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny?	Nie dopuszczamy

8	Pakiet 11, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści igłę go nakłuć lędźwiowych z nakładką wykonaną z poliwęglanu?	Nie dopuszczamy
9	Pakiet 13, pozycja 12 „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w poz. do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”	Nie
10	Pakiet 3, pozycja 34-35 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie oczekiwań do w/w pozycji (puste pola w formularzu cenowym).	Zamawiający usuwa z Załącznika nr 2 Pakietu 3 pozycje 34-35
11	W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: P1 Czy zamawiający dopuści jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliestru, bez sztucznych konserwantów?	Tak dopuszczamy
12	Pakiet 15, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos w rozmiarze S,M,L o stałej długości drenu 200 cm?	Tak dopuszczamy
13	Pakiet 14, pozycja 14- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu o średnicy 3-7	Tak dopuszczamy
14	Pakiet 14, pozycja 15- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną jako produkt równoważny o następujących parametrach : <ul style="list-style-type: none"> • Wykonana z medycznego PVC • Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu • Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem • Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT • Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy • Przezroczysta • Linia rtg na całej długości rurki • Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu • Prowadnica • Łącznik 15 mm • 2 tasiemki mocujące • Bez lateksu • Jałowa, jednorazowego użytku • Pakowana w blister zachowujący kształt rurki • w rozmiarze 4.0-9.5 ? 	Tak dopuszczamy
15	Pakiet 14, pozycja 25- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną tylko z oznaczeniem rozmiaru rurki?	Nie dopuszczamy

16	Pakiet 14, pozycja 25- Czy zamawiający odstąpi od parametru " <i>sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera</i> "	Nie dopuszczamy
17	Pakiet 14, pozycja 25- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną w zestawie bez kaniuli?	Nie dopuszczamy
18	Pakiet 14, pozycja 25- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną w zestawie z 1 kaniulą?	Nie dopuszczamy
19	Pakiet 14, pozycja 25- Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijną ze szczoteczką do czyszczenia dołączoną osobno?	Nie dopuszczamy
20	Pakiet 14, pozycja 26- Czy zamawiający dopuści prowadnice o średnicy 2;3.3,4.0 i 4.7 mm?	Nie dopuszczamy
21	Pakiet 14, pozycja 27- Proszę o doprecyzowanie do jakiego modelu ssaka oczekują Państwo filtr?	Zamawiający usuwa z Załącznika nr 2 Pakietu 14 pozycje 27
22	Pakiet 14, pozycja 28- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach : <ul style="list-style-type: none"> • Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy • Przestrzeń martwa: 16ml • Waga: 9g • Objętość oddechowa: 200-1000ml • Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 • Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min • Złącza: 15F • Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką • Port tlenowy: tak • Opakowanie: papier/folia • Jałowy: tak? 	Nie dopuszczamy
23	Pakiet 14, pozycja 29- Czy zamawiający dopuści dren tlenowy z końcówką lejek?	Nie dopuszczamy
24	Pakiet 14, pozycja 30- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 14 pozycję 30 zawierającą zawierającą rurkę intubacyjną ustną do chirurgii laserowej [...] i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .	Zamawiający usuwa z Pakietu 14 pozycję 30. Postępowanie dla tej pozycji zostanie powtórzone (pakietu 14 pozycję 30)
25	Pakiet 10 pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Schullera o średnicy 0.035" (0.89mm) o długości 100cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzań dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. W rozmiarach Ch 6-10 do wyboru przez Zamawiającego.	Nie dopuszczamy

26	<p>Pakiet 10 pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wymiennego: Cewnik drenażowy typu pigtail, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu. Cewnik dostarczany w zestawie z bez lateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą. Długość 27 cm (wyjątek CH14: 30 cm). Rozmiary, CH8/9/10/12/14 dostarczane z mandrynem. Produkt sterylny.</p>	Nie dopuszczamy
27	<p>Pakiet 10 pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania śródoperacyjnego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z silikonu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z: popychaczem sterowalnym o dł. 40cm, prowadnicą z powłoką teflonową o śr. 0.035" dł. 150 cm z nieruchomym rdzeniem. System zamknięty-zamknięty. Rozmiar cewnika CH6 dł. 16/24-28 cm (co 2 cm) oraz CH 7 dł 16/24-30 - do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny.</p>	Nie dopuszczamy
28	<p>Pakiet 10 pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania moczowodów. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty/zamknięty, popychacz sterowalny o dł. min. 40cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 100 cm dla O. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.</p>	Nie dopuszczamy
29	<p>Pakiet 10 pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów do URS 4.8CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub zamknięty/zamknięty do wyboru, popychacz sterowalny o długości min. 80cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika, zacisk. Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.</p>	Nie dopuszczamy
30	<p>Pakiet 13 pozycja 1</p> <p>1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do zbiórki moczu tak jak do tej pory stosowany z łącznikiem do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu do cewnika Foleya?</p> <p>Pragniemy nadmienić, iż płaski port znacznie bardziej ułatwia skuteczną dezynfekcję i uniknięcie zakażeń, a zastawka antyzwrotna umieszczona w łączniku do cewnika Foleya zapobiega cofaniu się moczu do światła cewnika dzięki czemu unikamy ZUM, a dodatkowo dzięki niej mamy gwarancje poboru zawsze świeżej próbki moczu, ponieważ zastawka</p>	Tak oczekujemy zestawu kompatybilnego do cewnika Foley , nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia

	<p>uniemożliwia przepływ moczu z drenu do portu do pobierania próbek moczu.</p> <p>2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje systemu jak do tej pory stosowany do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości ok. 150cm ze spiralą antyzagięciową na długości min 5cm dzięki czemu nie ma ryzyka zaginania się drenu. Taka długość jest dedykowana na OIt ze względów na bezproblemową repozycję pacjentów. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.</p>	
31	<p>Pytanie nr 1 do projektu umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczonych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.</p>	Nie akceptujemy propozycji
32	<p>P14 sprzęt wspomagający oddychanie: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 30 wysokiej jakości rurkę intubacyjną do chirurgii laserowej w pełnych rozmiarach spełniającą wszystkie inne wymagane parametry w 100%</p>	Zamawiający usuwa z Pakietu 14 pozycję 30. Postępowanie dla tej pozycji zostanie powtórzone (pakietu 14 pozycję 30)
33	<p>P14 sprzęt wspomagający oddychanie: Prosimy o wydzielenie pozycji 30 z zadania P14 pozwoli to nam na złożenie konkurencyjnej oferty na ten produkt.</p>	Zamawiający usuwa z Pakietu 14 pozycję 30. Postępowanie dla tej pozycji zostanie powtórzone (pakietu 14 pozycję 30)

Zamawiający publikuje - **Załącznik nr 2 nowe zestawienie asortymentowo-wartościowe** usuwając z:

- Pakietu 3 puste pozycje (lp.34 i 35) oraz usuwa z
- Pakietu 14 pozycję 30
- Pakietu 14 pozycję 27

Jednocześnie wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **23.06.2022r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

Wiesław Babiżewski
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych