

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na **dostawę urządzeń medycznych i technicznych** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, pkt. 6, 7, 8, 30, 32, 31 Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwyty łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwyty łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.	Zgodnie z treścią zaproszenia.
2	Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, pkt. 13, 14 Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o mocy silnika 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.	Zgodnie z treścią zaproszenia.
3	Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, pkt. 14, 9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bardziej kompaktowe o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys. (1200mm z otwartą pokrywą) nieznacznie różniących się od wymaganych?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie.
4	Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik wody o pojemności 16,6l, dostosowanej do cyklu maceracji oraz stałego zużycia wody wynoszącego 26l?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
5	Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, pkt. 37, 38 Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 37, 38 wymaganych parametrów?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
6	Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na dozowanie różnych środków dezynfekcyjnych/dezodoryzujących nie tracąc przy tym gwarancji producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją preparatów rekomendowanych przez producenta.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
7	Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, pkt. 39 Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.	Zgodnie z treścią zaproszenia.

8	Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwiają bezawaryjne, ręczne zamykanie pokryw, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
9	Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, 4. Urządzenie do fumigacji Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dnia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?	Zamawiający wyraża zgodę.
10	Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 7. Macerator, Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
11	Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 4. Urządzenie do fumigacji Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
12	Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania umowy określonego w § 2 Terminy pkt. 1 do dnia 31.12.2022 w odniesieniu do bariery ochronnej RTG ?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
13	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pkt. 3 w § 2 Terminy o następującej treści: 3. W przypadku braku materiałów produkcyjnych istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o 3 miesiące. ?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
14	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie podpunktu d w § 8 Zmiany do Umowy pkt 1 o następującej treści: d. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o max 3 miesiące.?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
15	Czy zamawiający wraz z zgodą na wykreślenie/ usunięcie poniższych podpunktów z §3 Wynagrodzenie Wykonawcy pkt. 2: 2. Wynagrodzenie obejmuje: w szczególności: b) oprogramowania informatycznego (jeśli dotyczy) – parawan mobilny RTG nie wymaga oprogramowania informatycznego g) zainstalowanie i uruchomienie urządzenia (jeśli dotyczy) - Parawan mobilny RTG nie wymaga zainstalowania i uruchomienia urządzenia h) koszty szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego Zamawiającego (jeśli dotyczy)- Parawan mobilny RTG nie wymaga szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego j)koszty ekspertyzy stanu technicznego urządzenia, uzasadniającej jego wycofanie z eksploatacji, jeśli Zamawiający o to wystąpi. Do czynności wynikających z treści niniejszego przepisu Wykonawca przystąpi maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia - Parawan mobilny RTG nie podlega ekspertyzom stanu technicznego	Zamawiający pozostawia treść projektu umowy bez zmian. W przypadku parawanu obok wymienionych pkt. pojawi się adnotacja – nie dotyczy.

	urządzenia ?	
16	<p>Czy zamawiający wrazi zgodę na wykreślenie/ usunięcie poniższych podpunktów z §5 Należyte wykonanie umowy pkt.2:</p> <p>2. Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:</p> <p>a) karty gwarancyjne- nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych w okresie gwarancyjnym – nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>d) instrukcję serwisową urządzenia (jeśli dotyczy) - nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>e) zestawienie terminów przeglądów okresowych urządzenia, wymaganych przez producenta lub niezbędnych w związku z obowiązującymi przepisami prawa, do których przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia umownego zostaje zobowiązany Wykonawca. Odstępstwa od tych terminów mogą wystąpić w okresie obowiązywania Umowy jedynie za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, złożony w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres semit@szpitalciechanow.com.pl. Przegląd okresowy urządzenia Wykonawca przeprowadzi w obecności upoważnionego pracownika Działu Aparatury Medycznej i potwierdzi wpisem w paszporcie technicznym urządzenia oraz stosownym raportem serwisowym- nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>f) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym - nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>g) specyfikację katalogową (handlową) urządzenia,- nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>h) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji urządzenia (jeśli dotyczy)- nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>i) kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających urządzenie do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie).- nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p>	<p>Zamawiający pozostawia treść projektu umowy bez zmian. W przypadku parawanu obok wymienionych pkt. pojawi się adnotacja – nie dotyczy.</p>
17	<p>Czy zamawiający wrazi zgodę na wykreślenie poniższych podpunktów z §6 Gwarancja:</p> <p>3. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - nie dotyczy parawanu ochronnego RTG</p> <p>7. Trzecia, wykonana w okresie gwarancyjnym, naprawa tego samego elementu lub podzespołu, skutkuje leżącym po stronie Wykonawcy obowiązkiem wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy - nie dotyczy parawanu ochronnego RTG.?</p>	<p>Zamawiający pozostawia treść projektu umowy bez zmian. W przypadku parawanu obok wymienionych pkt. pojawi się adnotacja – nie dotyczy.</p>
18	<p>Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższych elementów z Zestawienia Parametrów granicznych z podpunktu inne wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia • Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta? <p>Powyższe parametry graniczne nie dotyczą parawanu ochronnego RTG</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.</p>

19	<p>Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższych elementów z Zestawienia Parametrów granicznych z podpunktu warunki gwarancji i serwisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. • Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych • Zapewniony serwis pogwarancyjny • Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat? <p>Powyższe parametry graniczne nie dotyczą parawanu ochronnego .</p>	Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.
20	<p>Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę poniższego elementu z Zestawienia Parametrów granicznych z podpunktu warunki gwarancji i serwisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. na • Maksymalnie 2 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy? 	Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.
21	Pytanie 1.(pkt 14.) : Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysokość barierki bocznych nad leżem wynosi 386 mm?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
22	Pytanie 2.(pkt 4.) : Czy Zamawiający wydłuży czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii do max. 14 dni roboczych?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
23	<p><u>Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 1</u></p> <p>1. Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w wózek wsadowy o pojemności 10 tac DIN 1/1 wyposażony w 5 poziomów mycia w tym 4 poziomy możliwe do demontażu poza ostatnim dolnym poziomem mycia?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
24	2. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równorzędne polegające na zastosowaniu myjni z drzwiami otwieranymi ręcznie od frontu zabezpieczone przed tzw. opadaniem pod wpływem ciężaru ?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
25	<p><u>Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 2</u></p> <p>3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonujące całkowity cykl mycia i dezynfekcji w czasie nie dłuższym niż 55 min bez konieczności stosowania dodatkowych zbiorników podgrzewających wodę ?</p>	Zgodnie z treścią zaproszenia.
26	<p>Dotyczy zapisów umowy:</p> <p>1. Czy Zamawiający zmieni § 7 ust.3 nadając mu treść: Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1, z zastrzeżeniem przepisów wyłączających taką możliwość.</p>	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.
27	<p>1. Dotyczy podziału przedmiotu zamówienia na części. Zgodnie z punktem nr 2. Zaproszenia do złożenia oferty, informujecie Państwo, że „Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety. Nie dotyczy to jednakże ofert na urządzenia wymienione poniżej, które z uwagi na konieczność kompatybilności , muszą być złożone przez tego samego Wykonawcę.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 1 • Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 2 • Wózek wsadowy do myjni dezynfektora do narzędzi 	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na Komputerowy system nadzorujący i dokumentujący przebieg dekontaminacji narzędzi i sprzętu, ich obieg, współpracujący z systemem AMMS

	<p>laparoskopowych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputerowy system nadzorujący i dokumentujący przebieg dekontaminacji narzędzi i sprzętu, ich obieg, współpracujący z systemem AMMS <p>Pytanie: Czy punkt dotyczący Komputerowego systemu nadzorującego i dokumentującego przebieg dekontaminacji narzędzi i sprzętu, ich obieg, współpracujący z systemem AMMS, może zostać wyodrębniony do oddzielnego pakietu? Jako producent oprogramowania, specjalizujący się ponad 20 lat, w tego typu systemach, chcieliśmy poinformować Państwa, iż nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy producentem powyższych typów urządzeń, a od wielu lat, z powodzeniem przeprowadzamy integracje pomiędzy naszym systemem, a powszechnie dostępnymi na rynku urządzeniami typu myjnie – dezynfektory, czy sterylizatory, różnych producentów, jak i innymi systemami informatycznymi, w tym AMMS. Umieszczanie systemu komputerowego w jednym pakiecie z urządzeniami wyklucza nas ze złożenia oferty, której wymogi spełniamy, jak i innych firm o podobnej specjalizacji jak nasza.</p>	
28	<p>2. Dotyczy załącznika nr 4 . Komputerowy system nadzorujący i dokumentujący 2a -OPZ nr 34 „System ma zapewniać identyfikację pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością (w tym siatek narzędziowych oraz koszy sterylizacyjnych).”</p> <p>Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza oznaczenia pojemników transportowych kodem QR?</p>	Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
29	<p>Dot. Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 1</p> <p>Pkt. 9</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami otwieranymi manualnie?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
30	<p>Pkt. 11</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysokością załadowniczą 800 mm ?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
31	<p>Pkt. 37</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym poziomie wytwarzanego hałasu < 70 dB?</p> <p>Uzasadnienie: Oferowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej ?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
32	<p>Pkt. 39</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przycisków bezpieczeństwa ?</p>	Zgodnie z treścią zaproszenia.
33	<p>Pkt. 40</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zużyciem wody na poziomie 19 litrów na fazę cyklu ?</p> <p>Uzasadnienie: Oferowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
34	<p>Pkt. 40</p> <p>Czy Zamawiający do faz cyklu wlicza również fazę suszenia ?</p>	Zgodnie z treścią zaproszenia.
35	<p>Dot. Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 2</p> <p>Pkt. 4</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymiarami zewnętrznymi (szer. x gł. x wys.) 1110 x 990 x 1870 mm?</p>	Zgodnie z treścią zaproszenia.
36	<p>Pkt. 5</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności 480 litrów ?</p>	Zgodnie z treścią zaproszenia.
37	<p>Pkt. 11</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysokością załadowniczą 800 mm ?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
38	<p>Pkt. 37</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanymi trzema zbiornikami z czego jeden wyposażony w grzałki ?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

39	Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zużyciem wody poniżej 40 litrów na fazę cyklu ?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
40	Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez przepływomierzy wody zimnej oraz demineralizowanej?	Zgodnie z treścią zaproszenia.
41	Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie netto 550 kg?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
42	Dot. Wózek wsadowy do myjni dezynfektora do narzędzi laparoskopowy Pkt. 6 Opisane myjnie różnią się rozmiarami komór, dlatego też nie jest możliwe aby wózek był kompatybilny z dwoma urządzeniami. Prosimy o uszczegółowienie zapisów.	Zgodnie z treścią zaproszenia.
43	Do umowy §7 Kary umowne ust. 1 pkt a) Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 0,5 % za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w § 2 ust 1, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.
44	Dot. Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem 1 Pkt. 48 Czy Zamawiający wymaga, aby części opisane w pkt. 48 były fabrycznie nowe ?	Zamawiający wymaga części nieużywanych, fabrycznie nowych.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

Wiesław Babizewski
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych