

Ciechanów dnia 18.07.2022 r.

ZP/2501/91/22

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

**Znak sprawy: ZP/2501/91/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	1. Czy Zamawiający w <b>pakiecie 3</b> dopuści stosowany przez Państwa Szpital zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera) o składzie: skalpel; strzykawka; igła 14G z kaniulą; prowadnica Seldingera; krótkie rozszerzadło 14F; cewnik prowadzący; jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i wbudowanym przewodem do odsysania z mankietem; mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim zakończeniem i uchwytem, z otworem na prowadnicę Seldingera; w zestawie: 2 kaniule wewnętrzne; szczoteczka; opaska, żel poślizgowy; gaziki. Zestaw sterylny, zapakowany na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary: 7,0; 8,0 lub 9,0 mm (do wyboru).	Tak, dopuszczamy
2.	2. Czy Zamawiający w <b>pakiecie 3</b> wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt?	Nie zmieniamy ilości wymaganych próbek

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **22.07.2022r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

DYREKTOR  
*Andrzej Juliusz Kamasa*

Inspektor  
Sekcja ds. Zamówień Publicznych  
*Agnieszka Grzelak*

*Wiesław Babiński*  
Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych