

ZP/2501/99/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Zakup i dostawa wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Dostawa aparatury medycznej**
(sygnatura: ZP/2501/99/22)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ:

Lp.	pytanie	odpowiedź
(P2) Bezprzewodowy aparat EKG		
1.	1. SWZ, rozdział V, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Czy, w przypadku braku potwierdzenia parametru w folderach, prospektach lub ulotkach producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Wyjaśnienie: Foldery, prospekty lub ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego co powoduje, że nie jest możliwe umieszczenie w ich treści wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu.	Tak, wyrażamy zgodę na propozycję wykonawcy
2.	2. Załącznik nr 3 - Projekt umowy § 6 Gwarancja Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru, elementy zużywalne (takie jak kable pacjenta, przewody odprowadzeniowe, elektrody) i materiały eksploatacyjne (bezpieczniki, baterie i akumulatory, żarówki itp.)?	Potwierdzamy, gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru, elementy zużywalne (takie jak kable pacjenta, przewody odprowadzeniowe, elektrody) i materiały eksploatacyjne (bezpieczniki, baterie i akumulatory, żarówki itp.
3.	3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy § 6 Gwarancja Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji: „Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania; b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich; e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, f. normalnego zużycia wymienionych części	Nie akceptujemy tej propozycji.
(P3) Zestaw do badań przelyku (ezofagoskop)		
4.	Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19, działań wojennych oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym	Tak, dla pakietu nr 3

