

Ciechanów, dnia 06.12.2022r.

ZP/2505/129/22

**Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **akcesoria do wspomaganie oddechowego u noworodków Infant Flow - ZP/2505/129/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, że w powołanym postępowaniu, wybrano ofertę złożoną przez:

Pakiet1 - akcesoria do wspomaganie oddechowego u noworodków Infant Flow
Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz NIP: 554-023-08-29

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 02.12.2022 godz. 10:00 złożono 2 oferty:

Pakiet1 - akcesoria do wspomaganie oddechowego u noworodków Infant Flow
Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz NIP: 554-023-08-29
NZ Techno Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a , 03-976 Warszawa NIP: 113-02-34-889

Odrzucono ofertę NZ Techno Sp. z o.o. jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca zaoferował w poz. 3 produkt niezgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Umowy. Informujemy, że w odpowiedzi na pytanie (wyjaśnienia zamawiającego z dnia 29.11.2022 r.) zamawiający potwierdził zapis ustalony w następującym brzmieniu:

3	Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganie oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiaczka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą, - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca.
---	---

W związku z powyższym ofertę nie podlegającą odrzucenia złożył jedynie Wykonawca: Dutchmed PL Sp. z o.o.

Oferta otrzymała 100% w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert - cena

Podpisaną przez zamawiającego umowę prześlemy wybranemu Wykonawcy pocztą.

Inspektor
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Grolak

Wiesław Babizewski
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa