

Ciechanów dnia 27.12.2022 r.

ZP/2505/140/22

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: **Dostawa materiałów do operacji przepuklin**  
**Znak sprawy: 2505/140/22**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
	<p><b>Dotyczy zadania nr 1</b> Czy Zamawiający w zadaniu 1 „Siatki przepuklinowe” w pozycji 1 i 2 wymaga dwóch takich samych prawych anatomicznych siatek przepuklinowych, czy zaszła omyłka pisarska i jedna pozycja dotyczy anatomicznych siatek przepuklinowych na stronę lewą?</p>	<p>W pozycji 2 nastąpiła omyłka pisarska , zamawiający oczekuje: <b>„Siatka częściowo wchłanialna lewa z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową, zbudowana z monofilamentu poliestrowego i polilaktydu, o ciężarze jednostkowym 82g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 49gm2 ) o rozmiarze porów 1,8mm x 1,8mm. Powłoka antyadhezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie . Siatka posiadająca trójwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej w rozmiarze 15 cm x 10 cm”</b> Pozostała specyfikacja pozostaje bez zmian.</p>

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **29.12.2022r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

Wiesław Bobiżewski  
Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych