

### Uczestnicy postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do przeprowadzenia hemodializ , a także wdzierżawienie aparatów do hemodializy i foteli dializacyjnych znak ZP/2501/143/22

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie składa poniżej wyjaśnienia do SWZ, w odpowiedzi na zapytania wykonawców.

	Zapytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 1 w pozycji Lp.4 dopuści środek w opakowaniach 5litrowych w ilości 800 opakowań ?	Tak, prosimy o samodzielną, odpowiednią modyfikację załącznika nr 2 do SWZ
2.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HD w Lp.11 dopuści Regulowany przepływ dializatu: minimalny zakres 300 - 800ml/min. ?	Tak
3.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HD w Lp.12 dopuści Prezentację faktycznej wielkości przepływu dializatu w czasie rzeczywistym na ekranie aparatu ?	Nie
4.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HD w Lp.21 dopuści Pomiar ciśnienia żylnego i tętniczego .Możliwość regulacji szerokości i pozycji granic alarmu okna żylnego i tętniczego?	Nie
5.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HD w Lp.24 dopuści możliwość ręcznego uruchomienia automatycznej dezynfekcji ?	Nie
6.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HD w Lp.25 dopuści dezynfekcję chemiczną ze środkiem dezynfekcyjnym w temp. 85°C ?	Tak
7.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HDF/HF on-line w Lp.4 dopuści Ciśnienie wejściowe wody: minimalny zakres 1,5-6 bar?	Tak
8.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HDF/HF on-line w Lp.21 Pomiar ciśnienia żylnego i tętniczego . Możliwość regulacji szerokości i pozycji granic alarmu okna żylnego i tętniczego?	Nie
9.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HDF/HF on-line w Lp.24 możliwość ręcznego uruchomienia automatycznej dezynfekcji ?	Nie
10.	Czy Zamawiający w Załączniku nr 2a w Parametrach aparatów HDF/HF on-line w Lp.25 dopuści dezynfekcję chemiczną ze środkiem dezynfekcyjnym w temp. 85°C ?	Tak

  
DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa

  
Wiesław Bobiżewski  
Pracownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych