

Ciechanów dnia 12.01.2022 r.

ZP/2505/01/23

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowania na dostawę:

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego: kaniula bezpieczna do podawania płynów
i leków - Znak sprawy: 2505/01/23**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie SWZ, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach: WŁAŚCIWOŚCI:</p> <ul style="list-style-type: none">• posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem• igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut• cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG• kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru• uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką• filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia• dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G• jednorazowego użytku• nie zawiera lateksu• nie zawiera ftalanów• sterylizowana tlenkiem etylenu• pakowanie: 1 sztuka – twardej blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?	<p>Nie zmieniamy treści SWZ:</p> <ul style="list-style-type: none">• brak zastawki uniemożliwiającej wypływ krwi z naczynia przez cały okres stosowania kaniuli• bez koreczka portu górnego
2.	<p>Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, bez portu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, możliwość zastosowania do dostępu żylnego, rozmiary:</p> <ul style="list-style-type: none">• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min• 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min?	<p>Nie zmieniamy treści SWZ:</p> <ul style="list-style-type: none">• trzy paski kontrastujące a nie cztery.• zabezpieczenie końca igły plastikowe a nie metalowe• brak zastawki zwrotnej uniemożliwiającej wypływ krwi z naczynia przez cały okres stosowania

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **18.01.2023r.**
Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

Wiesław Bobiżewski
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa