

Ciechanów dnia 23.02.2023 r.


ZP/2505/12/23

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

KOREKTA

dotyczy: postępowania na dostawę **sprzętu medycznego jednorazowego - Znak sprawy: 2505/12/23**

W związku z omyłką pisarską w treści wyjaśnień do SWZ (pismo zamawiającego z dnia 22.02.2023) Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje poniżej prawidłową odpowiedź dotyczącą pytania oznaczonego w powołanym wyżej piśmie pod nr 6, dotyczącego Pakietu 4 pozycji 8:

LP	Pytanie	Odpowiedź																																								
6	<p>Pakiet 4, pozycja 8- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową o następujących parametrach :</p> <p>Jest to maska nowej generacji do bezpiecznego i skutecznego udrażniania dróg oddechowych.</p> <p>Ergonomicznie ukształtowana rurka dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwia szybkie i skuteczne zakładanie maski u pacjenta.</p> <p>Maski są bardzo pomocne przy szybkim działaniu u osób z "pełnym żołądkiem" np. w sytuacjach nagłych, ostrych. Dzięki, możliwości opróżnienia mankietu z powietrza maska jest komfortowa przy wyjmowaniu u pacjentów nieświadomych.</p> <p>Posiada trzy kanały: Kanał gastryczny, Kanał do intubacji rurką intubacyjną, Kanał drenu.</p> 	<p>Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poz. Nr 8 w pakiecie nr 4</p>																																								
	<p>Dostępne rozmiary:</p> <table border="1"><thead><tr><th>WAGA</th><th>ROZMIAR</th><th>KOLOR BALONA</th><th>MAX NUMER RURKI INTUBACYJNEJ ID</th><th>NUMER DRENU DO ODSYSANIA FR</th></tr></thead><tbody><tr><td><5kg</td><td>1</td><td>BIAŁY</td><td>3,5</td><td>8</td></tr><tr><td>5-10kg</td><td>1,5</td><td>NIEBIESKI</td><td>4</td><td>10</td></tr><tr><td>10-20kg</td><td>2</td><td>CZERWONY</td><td>5</td><td>12</td></tr><tr><td>20-30kg</td><td>2,5</td><td>ZIELONY</td><td>5,5</td><td>14</td></tr><tr><td>30-50 kg</td><td>3</td><td>POMARAŃCZOWY</td><td>7,5</td><td>16</td></tr><tr><td>50-70 kg</td><td>4</td><td>CZERWONY</td><td>8</td><td>16</td></tr><tr><td>70-100 kg</td><td>5</td><td>ŻÓŁTY</td><td>8</td><td>16</td></tr></tbody></table>	WAGA	ROZMIAR	KOLOR BALONA	MAX NUMER RURKI INTUBACYJNEJ ID	NUMER DRENU DO ODSYSANIA FR	<5kg	1	BIAŁY	3,5	8	5-10kg	1,5	NIEBIESKI	4	10	10-20kg	2	CZERWONY	5	12	20-30kg	2,5	ZIELONY	5,5	14	30-50 kg	3	POMARAŃCZOWY	7,5	16	50-70 kg	4	CZERWONY	8	16	70-100 kg	5	ŻÓŁTY	8	16	
WAGA	ROZMIAR	KOLOR BALONA	MAX NUMER RURKI INTUBACYJNEJ ID	NUMER DRENU DO ODSYSANIA FR																																						
<5kg	1	BIAŁY	3,5	8																																						
5-10kg	1,5	NIEBIESKI	4	10																																						
10-20kg	2	CZERWONY	5	12																																						
20-30kg	2,5	ZIELONY	5,5	14																																						
30-50 kg	3	POMARAŃCZOWY	7,5	16																																						
50-70 kg	4	CZERWONY	8	16																																						
70-100 kg	5	ŻÓŁTY	8	16																																						

Wiesław Bobiżewski
Zarównik
Sekcja ds. zamówień publicznych