

Ciechanów dnia 27.02.2022 r.

ZP/2501/14/23

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Znak sprawy: ZP/2501/14/23.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 157 dopuści możliwość zaoferowania płytki do pięty z otworami blokowymi z gwintem stożkowym na pełnym obwodzie?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia, nie akceptuje zaproponowanych zmian w zakresie sprzętu i akcesoriów będących przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 6.
2.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 158 dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokująco – kompresyjnymi, otwory blokowane z gwintem stożkowym?	
3.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 159 dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokująco – kompresyjnymi, otwory blokowane z gwintem stożkowym?	
4.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 161 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 lub 5 otworów blokowanych?	
5.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 162 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 5 do 9 otworów, w części nasadowej 5 otworów?	
6.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 164 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki kształtowa, blokowana bo bliższej nasady kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe. W części trzonowej od 1 do 10 otworów pod wkręty blokowane 3,5 lub korowe 3,5?	
7.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 165 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4-9 otworów a w części nasadowej 5 otworów?	
8.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 166 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4-6 otworów blokowanych z gwintem stożkowym?	
9.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 168 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej otwory blokująco – kompresyjne, otwory blokowane z gwintem stożkowym?	
10.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 169 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez kolców?	
11.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 170 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3 do 7 otworów?	
12.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 171 dopuści możliwość zaoferowania płytki z zestawem dedykowanych wkrętów tytanowych zamiast tytanowych i kobaltowych?	
13.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 172 dopuści możliwość zaoferowania płytki do artrodezy nadgarstka z otworami blokująco – kompresyjnymi pod wkręty blokowane z gwintem stożkowym oraz wkręty korowe?	
14.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 172 wymaga zaoferowania płytki bez wkrętów?	
15.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 175 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 5 do 11 otworów?	
16.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 176 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 otwory?	

17.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 178 dopuści możliwość zaoferowania: Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm. Płytki plus zestaw do mocowania i 4 wkrety?	
18.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 179 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręt blokowany do cerklarzu o średnicy 5,0 mm?	
19.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 186 dopuści możliwość zaoferowania płytki nie posiadającej gwintowanego otworu na środku klina?	
20.	Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów blokowanych i korowych składających się na komplet płytki w zakresie Pakietu nr 6 poz. 156-171, 174-177, 180, 185, 186, 207-211?	
21.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 199 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźka puszczelowego z 2 ^o zagięciem części dalszej gwoźdźka?	
22.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 198-200 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ barwionych na jeden kolor, a w celu ułatwienia identyfikacji trwale oznaczonych parametrami?	
23.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 198-199 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym?	
24.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 200 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących \varnothing 3,5; 4,5; 5,0 mm z gniazdem sześciokątnym?	
25.	Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów składających się na komplet gwoźdźka w zakresie Pakietu nr 6 poz. 198-200, 205, 206?	
26.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 201 dopuści możliwość zaoferowania płyty DHS o długości 48 mm dla płyty 2-otworowej do 336 mm dla płyty 20-otworowej?	
27.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 201 dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej z gwintem 22 i 27 mm?	
28.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 205 dopuści możliwość zaoferowania: Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej), tytanowy, wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy \varnothing 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy \varnothing 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy \varnothing 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy \varnothing 6,5mm. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy \varnothing 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźka w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm?	
29.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 157 dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych do stopy z otworami blokowanymi posiadającymi gwint stożkowy?	

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **10.03.2023r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

Wiesław Bobiżewski
Sektor ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa