

#### Uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” – znak ZP/2501/26/23*

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela poniżej wyjaśnień dotyczących treści SWZ, w odpowiedzi na wątpliwości jednego z wykonawców:

**I. Treść zapytania:**

Czy w części 102 „Monitory” Zamawiający dopuści monitor z matrycą IPS 27”, z proporcją obrazu 16:9, rozdzielczością 1920 x 1080 przy 60Hz, rozmiarze plamki 0,32mm, jasności min.250 cd/m2, spełniający pozostałe wymagane parametry.

**II. Odpowiedź zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowany monitor.

  
Wiesław Babiński  
Kierownik  
Sekcji ds. zamówień publicznych