

AT - ZP/2501/39/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie nieograniczonym na **dostawę odczynników i pozostałych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Bakteriologii** ogłoszonego w dniu **28.04.2023 r.** w DUUE, nr ogłoszenia **2023/S 084-253758** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala –
<https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: - dotyczy poz. 91 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu dla rotawirusów o czułości >99% i swoistości 98%, dla adenowirusa o czułości <99% i swoistości >99%? - dotyczy poz. 99 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,1% dla CT<28? - dotyczy poz. 101 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 98,2% i swoistości 98,4%? - dotyczy poz. 106 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów zgodny z załączoną instrukcją (zał.1)?	Zgoda na zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.05.2023 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. Nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych). Termin związania ofertą zostaje ustalony na dzień 25.08.2023 r.


Wiesław Babizewski
Kierownik
Sekcji ds. zamówień publicznych