

ZP/2501/67/23

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania: Odczynniki i akcesoria laboratoryjne na potrzeby Zakładu Patomorfologii.
Postępowanie ogłoszone w BZP 2023/BZP 00277163/01: Numer sprawy: ZP/2501/67/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

	Zapytanie	Odpowiedź zamawiającego
	Część nr 1: ŻYLETKI MIKROTOMOWE	
1.	Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie noży do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35° lub 34°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, Wyposażone w dwa otwory mocujące.	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Jedynym odstępstwem od zapisów jest rezygnacja zamawiającego z wymogu „Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu”
2.	Pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie noży do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35° lub 34°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyłki wzmacniane.	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Jedynym odstępstwem od zapisów jest rezygnacja zamawiającego z wymogu „Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu”
3.	Pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie noży do skrawania bardzo cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim- długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35° lub 34°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyłki wzmacniane.	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Jedynym odstępstwem od zapisów jest rezygnacja zamawiającego z wymogu „Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu”
4.	Pozycja 4 Prosimy o dopuszczenie noży do skrawania bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości)- długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35° lub 34°; materiał wykonania – stal nierdzewna wzmacniana.	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Jedynym odstępstwem od zapisów jest rezygnacja zamawiającego z wymogu „Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu”
5.	Pozycja 5 Prosimy o dopuszczenie noży do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35° lub 34°; materiał wykonania – stal nierdzewna. Ostrza dedykowane do skrawania materiału mrożonego w kriostacie. Konstrukcja i powierzania noża opracowana z myślą o technikach mrożeniowych.	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Jedynym odstępstwem od zapisów jest rezygnacja zamawiającego z wymogu „Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu”
6.	Pozycja 1 do 5 Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 x 0,25 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Jedynym odstępstwem od zapisów jest rezygnacja zamawiającego z wymogu „Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu”

	<p>ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obciążone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.</p> <p>Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyty, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.</p> <p>Zwracamy uwagę iż wymóg stosowania noży z wygrawerowaną nazwą producenta, również jest bezzasadny, ponieważ nie służy on niczemu poza zabiegom marketingowym producenta.</p>	
Część nr 2: ODCZYNNIKI I POZOSTAŁY ASORTYMENT		
7.	Pozycja 20 prosimy o poprawę omyłki pisarskiej odczynnik TBD służy do wolnego odwapniania tkanki	Zamawiający nie dostrzega omyłki. Chcemy TBD-2, ze świadomością, że służy do wolnego odwapniania tkanki.
8.	Pozycja 22 Prosimy o dopuszczenie odczynnika w opakowaniach 3,8 L przeliczeniem ilości	Zgoda na propozycję
9.	Pozycja 23 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje zestaw 18 tuszy 6 kolorów po 3 dyspensery 4ml	Tak, potwierdzamy
Część nr 3: KASETKI HISTOPATOLOGICZNE		
10	Pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie kasetek do bardzo drobnych materiałów Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków, z pokrywą na zawiasie : otwory o wym. 0,35 mm, jedna wewnętrzna komora oddzielona od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory 1x 6 mm zapewniające swobodny przepływ odczynników.	Tak, dopuszczamy
11	Pozycja 2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje kasetek histopatologicznych z plastikową pokrywą bez zawiasów z otworami o wymiarach 1 x 5 mm czy kasetek biopsyjnych z otworami o wymiarach 1 x 1 mm.	Dopuszczamy z plastikową pokrywą bez zawiasów z otworami o wymiarach 1 x 5 mm
12	Pozycja 2 W przypadku jeżeli zamawiający oczekuje kasetek histopatologicznych z otworami 1 x 5 - prosimy o dopuszczenie kasetek z plastikową pokrywą bez zawiasów posiadających po 80 otworów w podstawie i pokrywie	Dopuszczamy.
13	Pozycja 2 W przypadku jeżeli zamawiający oczekuje kasetek histopatologicznych biopsyjnych z otworami 1 x 1 - prosimy o dopuszczenie kasetek z plastikową pokrywą na zawiasie posiadających 168 otworów podstawie i 164 otwory w pokrywie.	Nie dopuszczamy.
Ogólne		
14	Pytanie nr 1 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.	Nie akceptujemy propozycji
15	Pytanie nr 2 Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez	Nie akceptujemy propozycji

	Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.	
16	Pytanie nr 3 Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.	Nie akceptujemy propozycji
17	Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: <i>Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.</i> Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353 ¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.	Nie akceptujemy propozycji

Wiesław Babiński

 Sekcja ds. zamówień publicznych


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa