



25^{lat} Mazowsze

Ciechanów,

18.08.2023 r.

ZP/2501/74/23

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa aparatury medycznej – znak /2501/74/23

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź zamawiającego
P.1 – Pompa do kontrapulsacji		
1.	Wnosimy o zastąpienie pojęcie „opóźnienia” pojęciem „zwłoki” Pozwoli to na obciążenie wykonawcy karą umowną w sytuacji, w której niewykonanie przedmiotu umowy w terminie będzie wynikało z jego winy. Nie znajduje uzasadnienia zapis, który obciąża wykonawcę karą umowną w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie z powodów leżących po stronie zamawiającego, osoby trzeciej lub z przyczyn losowych. Dlatego wnosimy jak wyżej.	Wyjasnienie w tej kwestii zamawiający przedstawił w swoim piśmie z dnia 18.08.23r. opublikowanym w portalu zakupowym.
2.	Prosimy o modyfikację § 7 ust.1 d i wydłużenie czasu przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji (pocztą elektroniczną) o stwierdzeniu niesprawności.	Nie akceptujemy propozycji.

Działając na podstawie art. 143 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zwanej dalej Pzp, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający wydłuża terminy:

- składania ofert: do dnia 30.08.2023 r. godz. 10:00

- otwarcia ofert: do dnia 30.08.2023 r. godz. 10:30

Wydłużenie tego terminu dotyczy jedynie części oznaczonej P.1 – Pompa do kontrapulsacji.


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiński
Przewodnik
Sekcji ds. zamówień publicznych