

AT - ZP/2501/74.1/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę aparatury medycznej**
ogłoszonego w dniu **01.09.2023 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **2023/BZP 00378477/01**
oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Pytanie 1 dot. §7 ust. 1a) Czy Zamawiający może zastąpić termin „opóźnienia” na „zawinionego opóźnienia”?	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.
2	Pytanie 2 dot. §7 ust. 1d) Czy Zamawiający może wykreślić ust. 1d), ponieważ kary umownej zostały określone w ust. 1a), 1b), 1c)?	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.
3	Pytanie 1 – Dotyczy zadania nr 1 pozycja 6 Czy zamawiający dopuści również minimalną średnicę rzeczywistego pola widzenia 36,2 mm, 22,3 mm, 14mm, 8.9mm, 5.7mm?	Tak
4	Pytanie 2 – Dotyczy zadania nr 1 pozycja 9 Czy zamawiający dopuści również filtry: pochłaniający ciepło, bezczerwienny, filtr ND, kobaltowy niebieski, wycelowany filtr żółty?	Tak
5	Pytanie 3 – Dotyczy zadania nr 1 pozycja 10 Czy zamawiający dopuści również rozstaw źrenic w mikroskopie w zakresie 52-80 mm?	Tak
6	Pytanie 4 – Dotyczy zadania nr 1 pozycja 14 Czy zamawiający dopuści również regulację wysokości podbródka w zakresie 80 mm?	Tak
7	Pytanie 5 – Dotyczy zadania nr 1 pozycja 16 Czy zamawiający dopuści lampę bez oświetlacza tła ?	Nie

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasá