

AT - ZP/2501/89/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę materiałów dla Stacji Dializ**
ogłoszonego w dniu **15.09.2023 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **2023/BZP 00397875**
oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców
zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Czy zamawiający w zadaniu „Dializatory” wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specjalnie zaprojektowana membrana Polyamix™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. W pozycji 1 dializatory o powierzchni 1,4 m2 , w pozycji 2 powierzchnia 1,7m2 w pozycji 3 powierzchnia 2,1 wszystkie zawierające zatyczki na portach krwi?	Tak.
2	Czy zamawiający w zadaniu „Igły do dializ” wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł 16G o długości ostrza 20 oraz 25 mm oraz igieł 15G o długości ostrza 25mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.	Tak.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Juliusz Kamasa

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

Wiesław Gabiżewski
Wyżownik
Sekcji ds. zamówień publicznych