



25^{lat} Mazowsze

Warszawa, dnia 25.10.2023 r.

ZP/2501/103/23

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania na dostawę wraz z montażem zespołu lampy RTG do tomografu komputerowego f-my GE model REVO EVO 3.7 HVY o nr fabr. CBDGG200301HM.– znak /2501/103/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w postępowaniu lampy fabrycznie nowej, nieużywanej, nierokondycjonowanej, wyprodukowanej w 2022 r. Informujemy, że obecnie producent na stanie magazynowym posiada jedynie lampy wyprodukowane w 2022 roku. Rok produkcji lampy nie wpływa na jej parametry techniczne, żywotność oraz okres gwarancji.

Brak pozytywnej odpowiedzi na pytanie uniemożliwi złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę rok produkcji 2022.

Pytanie nr 2:

Prosimy Zamawiającego o zmianę wymaganego terminu gwarancji przedmiotu umowy na 12 miesięcy.

Prośbę swą motywujemy tym, iż producent lampy udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Wiesław Babiński
Sekcja ds. zamówień publicznych