



25<sup>lat</sup> MAZOWSZE

Ciechanów, dnia 07.11.2023 r.

ZP/2505/108/23

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie pn. Zakup wyposażenia do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny”. – znak /2505/108/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

#### **P.7 - Elektroniczna waga kolumnowa – szt. 2**

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze i montażu (w niektórych przypadkach nie wymagający montażu) - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odp. TAK**

2. Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg i z dokładnością odczytu 100g w całym zakresie (jednozakresowa) ?

**Odp. TAK**

3. Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną we wzrostomierz mechaniczny (alumiowy) o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm z odczytem pomiaru z przodu ? Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

**Odp. NIE**

4. Czy Zamawiający dopuści wagę z podgumowanymi stopkami zamiast kółek transportowych? Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu, gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu wagi.

**Odp. NIE**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy (szer. x wys. x gł.): 360 mm x 310 mm x 70 mm?

**Odp. NIE**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wysokości zamontowania wyświetlacza 850 mm ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

**Odp. NIE**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wysokości zamontowania wyświetlacza 1026 mm ?

**Odp. TAK**

8. Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD, wysokość cyfr 24 mm ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

**Odp. TAK**

9. Czy Zamawiający dopuści wagę z funkcjami: resetowanie, automatyczne wyłączenie, amortyzacja, rolki transportowe, TARA, Ochrona przed przeciążeniem, PRINT, HOLD, CLEAR, BMI, Pre-TARA, waga jednozakresowa, pamięć 5 pomiarów ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odp. TAK**

Wiesław Babiński  
Inżynier  
Sekcja Usług Zamówień publicznych