



25^{lat} MAZOWSZE

Ciechanów, dnia 08.11.2023 r.

ZP/2505/108/23

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie pn. Zakup wyposażenia do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny”. – znak /2505/108/23

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

P.4 - Myjnia- dezynfektor

ad. tabela poz.4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora o wymiarach: szerokość 500mm głębokość 450mm i wysokości 1730 mm o budowie kompaktowej z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantującymi załadunek na ergonomicznej wysokości

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

ad. tabela pkt.7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z drzwiami komory mycia z uszczelką silikonową na korpusie komory zapewniającą całkowitą paroszczelność. Prosimy również o doprecyzowanie czy dla zachowania paroszczelności Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza. Takie rozwiązanie powoduje że pozostałości pary odprowadzane są do kanalizacji a naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są suche, bez widocznych skroplin.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowania urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza.

ad. tabela pkt. 16 oraz tabela pkt 35

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z orurowaniem oraz dyszami obrotowymi wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę oraz środki chemiczne.

Orurowanie z miedzi jest charakterystyczne dla myjni- dezynfektora jednego producenta co przez dodatkową (niesłuszną preferencję) utrudnia złożenie oferty konkurencyjnej.

Niezależnie od powyższego należy przedstawić problem orurowania z miedzi. Miedź ulega korozji w środowiskach o niskim pH oraz w roztworach amoniaku i związków amoniowych z tego powodu zastosowanie instalacji miedzianej drastycznie ogranicza ilość środków chemicznych stosowanych w tego typu myjniach dezynfektorach co sprowadza się do konieczności stosowania specjalistycznego dedykowanego środka chemicznego (za ponad przeciętną cenę) pod groźbą utraty gwarancji.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

ad. tabela poz. 22

Biorąc pod uwagę, że interfejs do podłączenia w sieci informatycznej specjalistycznego oprogramowania jest ponad standardowym wyposażeniem opcjonalnym dla tego typu urządzeń i w zakresie możliwości zdalnego monitorowania i nadzoru pracy myjni – dezynfektora współpracuje wyłącznie z oprogramowaniem producenta prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia bez interfejsu opisanego w pkt.22 lub o rozszerzenie zamówienia o zakup kompatybilnego oprogramowania producenta.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

ad. tabela poz. 25

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjni- dezynfektora który jest wyrobem medycznym spełniającym zapisy określone w Polskiej Normie PN-EN ISO 15883- 3 „Wymagania i badania dotyczące myjni- dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego, dla którego kalibrację czujników parametrów krytycznych w tym temperatury, wykonywać może producent zgłaszający wyrób do certyfikacji? Tym samym prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni- dezynfektora, który jest wyrobem medycznym nie wymagającym i nie pozwalającym kalibracji czujników temperatury przez Użytkownika.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

ad. tabela poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z pompą wody o mocy 550 W?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

ad. tabela poz. 36 odnośnie tabela poz. 7

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymogu: „Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu” wobec pkt. 9 „Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność”

Wymóg automatycznego rozszczelnienia drzwi po zakończonym cyklu powoduje wypuszczenie pozostałości pary wodnej z komory myjącej do pomieszczenia w którym znajduje się myjnia-dezynfektor (najczęściej niewielkiego bo to brudownik albo izolotka), a dodatkowo zawilgocenie oparami przez konwekcyjne powolne wysychanie naczyń sanitarnych.

Prosimy zatem o zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza. Takie rozwiązanie powoduje, że pozostałości pary odprowadzane są do kanalizacji, a naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są suche, bez widocznych skroplin.

ODP. Zamawiający wyraża zgodę.

Wiesław Babiński
Przewodniczący
Sekcji ds. zamówień publicznych

