

Ciechanów dnia 14.11.2023 r.

AT - ZP/2501/98/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu na **dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni** ogłoszonego w dniu **25.10.2023 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **00461160** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru, o grubości na palcu 0,33mm+/-0,01, na dłoni 0,27mm+/-0,02, na mankiecie 0,22mm+/-0,01, przebadane na przenikanie na cement kostny zgodnie z EN 374-3?	Zgodnie z SWZ
2	Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej. Test metodą ASTM F1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671 winna spełniać również normę ASTM F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzane na większych cząstkach.	Zgodnie z SWZ
3	Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN421.	Zgodnie z SWZ

p.o. DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamiński

Wiesław Babiński
Sekcja Zamówień publicznych