

Ciechanów dnia 15.11.2023 r.

AT - ZP/2505/110/23

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na **dostawę narzędzi endoskopowych** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane hydrofilną osłonką PTFE, łyżeczki typu: owalne, owalne z igłą maksymalne rozwarście szczęk 6,5 mm średnica osłonki 2.3 mm długość szczęk 3,4 cm objętość miseczki 1,628 mm <sup>3</sup> długość robocza 180 cm	Nie dopuszcza
2.	Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane hydrofilną osłonką PTFE, łyżeczki typu: owalne, owalne z igłą maksymalne rozwarście szczęk 6,5 mm średnica osłonki 2.3 mm długość szczęk 3,4 cm objętość miseczki 1,628 mm <sup>3</sup> długość robocza 230 cm	Nie dopuszcza
3.	Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowe pętłe do polipektomii DO ZMIAN PŁASKICH OBROTOWE 360° Wykonane z owalnej, płaskiej taśmy, średnica pętli 15 i 22 mm dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 220 cm	Zamawiający dopuszcza, jeżeli jednorazowe pętłe do polipektomii są „na zimno” i „na ciepło”
4.	Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa klipsownica endoskopowa Otwarcie ramion klipsa: 15, 16 mm Dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm mm, długość robocza 230 cm (15mm) i 235 cm (16mm) możliwość rotacji 360° możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem Możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem stosowania się ściśle z instrukcją obsługi	Nie dopuszcza
5.	Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowy ustnik do gastrokopii z regulowaną gumką materiałową, Rozmiar 22x30 mm Etykiety do dokumentacji medycznej Ustniki zapakowane w kartonowy dyspenser Wyrób medyczny, sterylne	Tak

Wiesław Babizewski  
Sekcja zamówień publicznych

p.o. DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Namasa