

Ciechanów dnia 15.11.2023 r.

AT - ZP/2505/110/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na **dostawę narzędzi endoskopowych** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane, łyżeczki typu: owalne, owalne z igłą szerokość otwarcia szczęk 6,9mm średnica osłonki 2.3 mm długość szczęk ok 0,4 cm, pojemność łyżeczek ok. 7,5 mm ³ długość robocza 160, 180 cm, w zestawie etykiety samoprzylepne potrzebne do dokumentacji?	Tak
2.	Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane, łyżeczki typu: owalne, owalne z igłą szerokość otwarcia szczęk 6,9mm średnica osłonki 2.3 mm długość szczęk ok 0,4 cm, pojemność łyżeczek ok. 7,5 mm ³ długość robocza 230 cm, w zestawie etykiety samoprzylepne potrzebne do dokumentacji?	Tak
3.	Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – poz. 3 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe pętle do polipektomii DO ZMIAN PŁASKICH OBROTOWE 360° - ułatwiony obrót poprzez pokrętko na rękojeści - wykonane z monofilamentnego lub multifilamentnego drutu tnącego ok. 0.4mm, średnica pętli 10, 15mm i 25 mm średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm?	Tak
4.	Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – poz. 4 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru Zamawiającego), długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, zabezpieczona przed uszkodzeniem. Możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem?	Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia
5.	Dotyczy Narzędzia Endoskopowe – poz. 5 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować Jednorazowy ustnik do gastroskopii z regulowaną, gumką materiałową, rozmiar uniwersalny 20x25 mm, etykiety do dokumentacji medycznej, ustniki zapakowane w kartonowy dyspenser, wyrób medyczny?	Tak

Wiesław Babiński
Sekcja ds. zamówień publicznych

p.o. DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamiński