

Ciechanów dnia 17.11.2023 r.

AT - ZP/2501/98/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu na **dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni** ogłoszonego w dniu **25.10.2023 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **00461160** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Rękawiczki ortopedyczne, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie protein <39 µg/g oraz długości min. 280mm. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełnienia normy EN 421, przenikania krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 oraz przebadania na cement kostny. Pakowane po 50par z jednoczesny przeliczeniem wymaganych ilości.	Zgodnie z SWZ
2.	Dotyczy SWZ – przedmiotowe środki dowodowe Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość przedstawienia specyfikacji danych produktu, która zawiera wyniki z badań rękawic zgodnie z normą EN 455 w zamian za raport z badań do serii próbek.	Zgodnie z SWZ

p.o. DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamiński

Wiesław Babieżewski
Sekcja ds. zamówień publicznych