

AT - ZP/2501/117/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu na **dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego** ogłoszonego w dniu **11.12.2023** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **00000354/22/P** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	<p><u>Pakiet Materiały do zabiegów urologicznych</u></p> <p>Czy w miejsce pierwotych zapisów zamawiający dopuści ekstraktor o długości 38 cm, pozostałe parametry bez zmian?</p>	TAK
2	<p>Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:</p> <p>Materiał do zabiegów urologicznych poz 1 i 2 :</p> <p>Jednorazowa koszulka dostępowa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koszulka dostępowa atraumatyczna: ▪ Bezstopniowo zintegrowana końcówka rozszerzadła z koszulką, ▪ Śr. wewnętrzna/zewnętrzna: 10/12, 12/14 Ch (do wyboru przez Zamawiającego), ▪ dł. 35 cm lub 45 cm ▪ Platynowy pierścień pozycyjny w dystalnej części koszulki ▪ Usztywniające pierścienie ze stali medycznej na całej długości koszulki, ▪ System blokady zatraskowej na rozszerzadle, ▪ Zewnętrzna powłoka hydrofilną, ▪ Wewnętrzna powłoka PTFE, 	Zgodnie z SWZ
3	<p>Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:</p> <p>Materiał do zabiegów urologicznych poz 1 i 2 :</p> <p>Hydrofilna Koszulka Dostępowa</p> <p>Rozmiar</p> <p>9,5/11 dł 35 lub 45 cm</p> <p>10/12 dł. 35 lub 45 cm</p> <p>12/14 dł. 35 lub 45 cm</p> <p>Łatwa aplikacja i wygodny dostęp do pola operacyjnego dzięki powłoce hydrofilnej</p>	Zgodnie z SWZ

4	<p>Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:</p> <p>Materiał do zabiegów urologicznych poz 3 :</p> <p>Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J „sterowalny” z zamkiem blokującym prowadnicę o dł. 43 cm. Prowadnica wykonana ze stali medycznej powleczona teflonem o dł. 150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</p>	Zgodnie z SWZ
5	<p>Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:</p> <p>Materiał do zabiegów urologicznych poz 4 :</p> <p>Koszyk do przezskórnej ekstrakcji kamieni w trakcie PCNL w rozm 10 i 12 Fr i dł. 38 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</p>	Zgodnie z SWZ

Wiesław Babieżewski
Przewodnik
Sekcji ds. zamówień publicznych

p.o. DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamiński