

AT - ZP/2501/85/23

Uczestnicy postępowania


dotyczy: przetargu w trybie podstawowym pn. **Akcesoria jednorazowe i pipety automatyczne** ogłoszonego w dniu **22.12.2023** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2023/BZP 00570991** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	Odpowiedź
Dotyczy Pakietu "Akcesoria jednorazowe"		
1.	Dotyczy Pakietu "Akcesoria jednorazowe" Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści pojemniki o pojemności użytkowej 25ml a całkowitej 30ml? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak
2.	Czy Zamawiający w pozycji 14 i 15 dopuści probówki o pojemności użytkowej 4ml a całkowitej 5ml? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak
3.	Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści probówkę o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11 ml? Pozostałe parametry bez zmian.	Tak
4.	Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści końcówki bezbarwne? , pozostałe parametry bez zmian.	Tak
5.	Czy Zamawiający w pozycjach 16-18 wyraża zgodę na usunięcie zapisu Superior i Economy w opisie produktu, będącymi nazwami własnymi firmy Medlab? Prośbę swoją motywujemy tym iż taki sposób opisanie końcówek wskazuje na konkretnego Producenta, nie dając możliwości wzięcia udziału w postępowaniu pozostałym Oferentom.	Tak
6.	Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 i 3 zestawy z podłożem Amies? Pozostałe cechy zgodnie z SWZ.	Tak
7.	Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z części nr 1 (akcesoria jednorazowe), pozycji od 1 do 4, oraz 8 i 9 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
Dotyczy Pakietu „Pipety automatyczne”		
1.	Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu „Dokumenty dopuszczenia do obrotu/użytkowania dla oferowanych wyrobów medycznych, wymienione w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974, ze zm.) – aktualne na dzień składania ofert. „ dla tej części postępowania , pipety automatyczne nie są wyrobami medycznymi ?	Tak
2.	Czy pipety automatyczne mają być w całości autoklawowalne (czarne) , czy też mieć autoklawowalny tylko zrzutnik, a reszta pipety pokryta aseptycznym antybakteryjnym materiałem (białe) ?	Tylko zrzutnik
3.	Czy pipety mają mieć mechanizm zablokowania ustawionej pojemności ?	Tak
4.	Czy pipety mają mieć nastawny uchwyt posiadający możliwość regulacji w zakresie 120° dla optymalnego ustawienia do pipetowania ?	Tak

Wiesław Babizewski

 Sekcja ds. zamówień publicznych

p.o. DYREKTOR

 Andrzej Juliusz Namasa