

Ciechanów dnia 02.04.2024 r.

AT - ZP/2501/12.1/24

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku** ogłoszonego w dniu **21.03.2024** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2024/BZP 00254945** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	1.Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 pojemniki jednorazowe Czy Zamawiający dopuści miskę 3l odporną na wodę o temp. 35 stopni?	Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania
2	2.Dotyczy Pakietu 2 poz. 7-8 sprzęt medyczny drobny Czy Zamawiający wymaga pojemników szczelnych po zamknięciu, co uniemożliwia wypłynięcie niebezpiecznej cieczy z odpadów medycznych, która są zagrożeniem dla zdrowia personelu?	Tak
3	3.Dotyczy Pakietu 2 poz. 7-8 sprzęt medyczny drobny Czy Zamawiający wymaga pojemników pakowanych fabrycznie w kartony co ułatwia magazynowanie pojemników?	Zamawiający nie wymaga

Paulina Witkowska  
Referent  
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński  
Referent  
Sekcja ds. zamówień publicznych

