

AT - ZP/2501/41/24

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu jednorazowego** ogłoszonego w dniu **29.04.2024** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **84/2024 253911-2024** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	odpowieź
1.	<b>PAKIET 04- Odzież ochronna jednorazowa z flizeliny</b> Czy Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 30 gr?	Nie
2.	<b>PAKIET 04- Odzież ochronna jednorazowa z flizeliny</b> 1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, <b>Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?</b>	Tak
3.	<b>PAKIET 04- Odzież ochronna jednorazowa z flizeliny</b> 2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMIpB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, <b>prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?</b>	Tak
4.	<b>PAKIET 04- Odzież ochronna jednorazowa z flizeliny</b> 3. Jeżeli Zamawiający <b>nie</b> oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to <b>czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?</b>	Nie dotyczy
5.	4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?	Przez personel medyczny do ochrony indywidualnej
6.	<b>PAKIET 06- Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku</b> Czy Zamawiający dopuszcza pościel o gramaturze 20 gr?	Nie
7.	<b>PAKIET 06- Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku</b> Czy Zamawiający dopuszcza pościel z poszewką na kołdrę w rozmiarze 150 x 200 cm? Oraz poszewką na poduszkę 75 x 80 cm?	Tak
8.	<b>Pakiet 1,</b> Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zamawiający nie wyraża zgody

9.	<b>Pakiet 1,</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zamawiający dopuszcza
10.	<b>Pakiet 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?</li> <li>• Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m<sup>2</sup>?</li> <li>• Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?</li> <li>• Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mankiet 5 cm</li> <li>○ Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)</li> <li>○ Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko</li> <li>○ Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm</li> </ul> </li> </ul>	Nie
11.	<b>Pakiet 6</b> Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?	Tak
12.	<b>Dotyczy Pakietu 1 poz. 2</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
13.	<b>Dotyczy Pakietu 4 poz. 10</b> Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny ochronny, niesterylny, rękawy długie, rękaw zakończony gumką, gramatura 25 g/mkw, rozmiar uniwersalny?	Nie
14.	<b>Dotyczy Pakietu 6 poz. 12</b> Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej o wymiarach: prześcieradło 150 cm x 210 cm, poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszwa na poduszkę 70 cm x 85 cm?	Tak
15.	<b>Pakiet nr 4</b> Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 zezwoli na złożenie oferty na fartuch medyczny, ochronny o gramaturze 25g/m <sup>2</sup> , w rozmiarach S/M, L/XL?	Nie
16.	<b>Pakiet nr 6</b> Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 zezwoli na złożenie oferty na komplet pościeli medycznej o gramaturze o wymiarach: prześcieradło 210x150, poszewka na pościel 200x150, poszewka na poduszkę 90x75?	Nie
17.	<b>Pakiet nr 2</b> Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 - Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2300 ml. ze skalą od 1 do 100 ml co 1 ml; co 5 do 250ml, co 10 do 2300 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości 35cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.	Tak
18.	<b>Pakiet 1, pozycja 2</b> Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a80szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
19.	<b>Pakiet 7, pozycja 13</b> Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy o długości całkowitej 15,5cm, gąbka o wymiarach 2,5cmx1,5cm? Reszta parametrów zgodnie z swz.	Tak

20.	<b>Pakiet 04</b> Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 30g/m <sup>2</sup> ?	Nie
21.	<b>Pakiet 04</b> Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny rękaw zakończony gumką?	Nie
22.	<b>Pakiet 04</b> Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze uniwersalnym?	Nie
23.	<b>Pakiet 04</b> Czy Zmawiający dopuści fartuch medyczny w dwóch rozmiarach 115 x 140 cm oraz 120 x 150 cm?	Nie
24.	<b>Pakiet 05</b> Czy Zmawiający dopuści prześcieradło z włókniny PP o gramaturze 17 g/m <sup>2</sup> ?	Nie
25.	<b>Pakiet 05</b> Czy Zmawiający dopuści prześcieradło z włókniny PP o gramaturze 20 g/m <sup>2</sup> ?	Nie
26.	<b>Pakiet 05</b> Czy Zmawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS o gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> ?	Tak
27.	<b>Pakiet 06</b> Czy Zmawiający dopuści komplet pościeli z włókniny PP min. 20 g/m <sup>2</sup> ?	Nie
28.	<b>Pakiet 06</b> Czy Zmawiający dopuści komplet pościeli z włókniny PP min. 25 g/m <sup>2</sup> ?	Tak
29.	<b>Pakiet 06</b> Czy Zmawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 160 x 210 cm?	Tak
30.	<b>Pakiet 07</b> Czy Zamawiający dopuści jednorazową gąbkę do nawilżania jamy ustnej z miętą. Długość 15,5cm +/-0,2cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Kolor Zielony. Opakowanie jednostkowe foliowe. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu?	Tak
31.	<b>Pytanie do pakietu 2</b> Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 2250 ml</li> <li>- sucha zastawka z funkcją informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika</li> <li>- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,</li> <li>- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H<sub>2</sub>O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)</li> <li>- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu</li> <li>- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,</li> <li>- możliwość podjęcia pracy po przewróceniu</li> <li>- monitor przecieku powietrza od 1 do 7</li> <li>- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek</li> <li>- uchwyt z rączką do przenoszenia zintegrowany z obudową drenażu</li> <li>- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku</li> </ul>	Nie

32.	<b>Pakiet 04 odzież ochronna jednorazowa</b> Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha medycznego, niesterylne, o długich rękawach, zakończonym mankietem, o gramaturze 22g/m <sup>2</sup> . Wiązany z tyłu na troki, z włókniny polipropylenowej. Rozmiary M, L, XL	Nie
33.	<b>Pakiet nr 4</b> Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego ochronnego niesterylnego zapinanego na rzepy rozmiar M (długość 106 cm, obwód 132 cm), L (długość 118 cm, obwód 142 cm), XL (długość 135 cm, obwód 152 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.	Tak
34.	<b>Pakiet nr 4</b> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha medycznego ochronnego niesterylnego wiązane na troki rozmiar L (długość 114 cm, obwód 135 cm), XL (długość 135 cm, obwód 152 cm), gramatura na tułów + rękawy 27g/m <sup>2</sup> , gramatura na plecach 15g/m <sup>2</sup> . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.	Nie

*Wiesław Babieżewski*  
*[Signature]*  
Sekcja ds. zamówień publicznych

DYREKTOR  
*Andrzej Juliusz Kamasa*  
*[Signature]*