

AT - ZP/2501/41/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu jednorazowego** ogłoszonego w dniu **29.04.2024** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **84/2024 253911-2024** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	odpowieź
1.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak
2.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m2?	Nie
3.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m2?	Tak
4.	Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach najczęściej używanych L i XL? TAK	Tak
5.	Pakiet 4 W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.	Zamawiający potwierdza
6.	Pakiet 4 Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych lub przez odwiedzających, nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?	Tak
7.	Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na fotel wykonany z włókny SMS o gramaturze 35g/m2?	Tak
8.	Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na fotel wykonany z włókny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?	Nie

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński
Sekcja ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa