



Ciechanów dnia 05.07.2024 r.

AT - ZP/2501/53/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej** ogłoszonego w dniu **12.06.2024 r.** w **DUUE**, nr ogłoszenia **113/2024 347088-2024**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy aby w umowie umieszczono zapis o obowiązku Zamawiającego do poinformowania Wykonawcy o zmianie lokalizacji aparatu w okresie minimum 14 dni od daty planowanego przeglądu, zgodnie z załącznikiem nr 2a. W przypadku niedotrzymania w/w warunku Wykonawca będzie mógł obciążyć Zamawiającego kosztem dojazdu 670 PLN netto oraz robocizny 1320 PLN netto.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
2.	Kary umowne w wysokości wskazanej w § 8 wzoru umowy muszą zostać uznane za rażąco wygórowane. Wskutek ustanowienia kar umownych na tak wysokim pułapie, zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie usługi, a wysokością zastrzeżonej kary umownej. Wskazujemy, że zwyczajowo w kontraktach publicznych z zakresu świadczenia usług serwisowych, kary umowne za zwłokę w odniesieniu do terminów realizacji umowy oraz za nienależyte wykonanie mieszczą się w przedziale 0,1%-0,3% wartości urządzenia, którego dotyczy usługa. Nadto Wykonawcy muszą odpowiednio rozważyć ryzyka związane z umową, zaś wysokie kary umowne powodują, że ich oferty będą odpowiednio droższe. W związku z powyższym, prosimy o obniżenie ww. kar umownych i ustalenie maksymalnego poziomu WSZYSTKICH kar do wynikającego z orzecznictwa KIO, tj. od 20 - 30% wysokości wynagrodzenia.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
3.	Pakiet nr 24 - projekt umowy par. 2 ust. 5 w związku z zał. 2 OPZ, pkt 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Przeglądu urządzeń (respiratorów) z przedmiotowego pakietu nie można wykonać w siedzibie Zamawiającego, gdyż do ich kalibracji (wymaganej przez producenta w instrukcji serwisowej oraz przez Zamawiającego – zał. 2B, pakiet 24 pkt 6) używa się urządzenia, którego nie można transportować.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
4.	W nawiązaniu do załącznika nr 3- projekt umowy § ustęp litera a) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar na wartość 50 zł za każdy rozpoczęty dzień.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
5.	Dotyczy umowy § 8 Kary umowne ust. 2 lit. a) – W celu zachwiania spójności prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” - „zwłoką”. a) „za zwłokę w wykonaniu usługi, w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
6.	Dotyczy umowy § 8 Kary umowne ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: a) „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu usługi, w wysokości na 0,1% wartości pakietu netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
7.	Czy istnieje możliwość dodania dodatkowej klauzuli do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), jako para. 1 ust. 4: „Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403), Baxter Polska sp. z o.o. wypełniając nałożony obowiązek niniejszą ustawą oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 powyżej ustawy.”?	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
8.	Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w para. 10 ust. 3 pkt 3.1, możemy dodać zwrot: „chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło bez winy Wykonawcy”?	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
9.	Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), możemy dodać, jako para. 2 ust. 6, dodatkową klauzulę: „Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o zmianie lokalizacji aparatury medycznej w okresie minimum 14 dni od daty planowanego przeglądu. W przypadku niedotrzymania w/w warunku Wykonawca będzie mógł obciążyć Zamawiającego kosztem dojazdu 670, 00 zł netto oraz robocizny 1320,00 zł netto.”	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
10.	Załącznik nr 3a do SWZ – projekt umowy powierzenia i przetwarzania Dotyczy pakietu nr 20 – Respiratory Osiris 3.	Tak

	Pytanie nr 5. Prosimy o informacje czy Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z Wykonawcami serwisującymi urządzenia medyczne nieprzechowujące w pamięci danych osobowych ani medycznych, w związku z czym Wykonawcy nie zostają powierzone do przetwarza żadne dane osobowe?	
11.	Dotyczy treści umowy w § 8 pkt 2 lit a) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu usługi do wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ponad terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
12.	Dotyczy treści umowy w § 8 pkt 2 lit b), c) Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 5% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
13.	Dotyczy treści umowy w § 8 pkt 2 lit d) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „każde naruszenie istotnych zobowiązań umowy” za które Wykonawca winien zapłacić karę w wysokości 300,00 zł.	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 8 pkt 2 lit d)
14.	Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) – „Podstawa zawarcia Umowy” Prosimy o poprawienie zapisu w umowie. Zamiast „(...) prowadzonego w trybie podstawowym” na: „prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605, ze zmian.) (...)	Zamawiający skoryguje omyłkę.
15.	Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) - §8 ust. 2 lit. a) i d) Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. Kara umowna na poziomie 300,00 zł za każdy dzień zwłoki jawi się jako kara zbyt wygórowana	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
16.	Pytanie 8 Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) - §8 ust. 2 lit. a) Prosimy o zamianę „opóźnienia” na zwłokę, wymagane na podstawie art. 433 pkt 1 PZP.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
17.	Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) - §8 ust. 2 lit. d) Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie sformułowania „każde naruszenie istotnych zobowiązań” poprzez określenie katalogu zamkniętego naruszeń - postanowienie w obecnym brzmieniu jest zbyt ogólne.	Zamawiający nie zmienia brzmienia § 8 pkt 2 lit d)
18.	Dotyczy projektu umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3a do SWZ) . Prosimy o wskazanie rodzaju danych osobowych i kategorii osób, których dane będą podlegały przetwarzaniu.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.	Dotyczy projektu umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3a do SWZ) Prosimy o wpisanie do umowy adresu e-mail do osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie po stronie Administratora.	W umowie adres ten zostanie wskazany
20.	Par. 7 ust. 1 Możliwość waloryzacji wynagrodzenia nie powinna być uruchamiana dopiero w momencie drastycznych podwyżek cen i szybującej inflacji. Mechanizm służy zabezpieczeniu interesów Wykonawcy w normalnych warunkach utraty rentowności kontraktu. Zaproponowany przez Zamawiającego pułap 30% i 20% może zmuszać wykonawców do w kalkulowania ewentualnego ryzyka podwyżek w trakcie trwania umowy w cenę usługi. Mając na względzie obecny poziom inflacji, rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, dynamiczną sytuację rynkową oraz długi okres obowiązywania umowy, dla zachowania zgodności z zasadami współżycia społecznego, wnosimy o zmianę poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia z 30% i 20% na 8%.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
21.	Par. 7 ust. 2 pkt 2 lit.c Dowody opisane w lit.c nie znajdują uzasadnienia prawnego i w ocenie Wykonawcy służą jedynie ograniczeniu możliwości dokonania waloryzacji. Opis wymagań w lit. a i b wyczerpuje znamiona czynników uzasadniających ewentualne zmiany wynagrodzenia ograniczając je w sposób obiektywny wyłącznie do tych, które w określonym czasie wpłynęły na wzrost kosztów wykonawcy. W obecnym brzmieniu postanowienia waloryzacyjne można określić jako niespełniające wymagań art. 439 PZP.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
22.	Par. 7 ust. 2 pkt 5 W doktrynie wskazuje się, że stosowanie klauzul waloryzacyjnych w umowie w sprawie zamówienia publicznego pozwala na zachowanie równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty przez wykonawcę, minimalizując ryzyko pokrzywdzenia obu stron umowy na skutek zmiany siły nabywczej pieniądza w okresie realizacji zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy jest również korzystna dla	Zamawiający nie akceptuje propozycji.

	zamawiających, gdyż umożliwiają ponoszenie przez nich rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, bez wliczania ryzyka ich wzrostu już w cenę oferty. Kwestie te potwierdziła także w swoim orzecznictwie KIO (wyroki z dnia 25 października 2022 r., KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22; z dnia 28 marca 2023 r., KIO 703/2). Wskazujemy, że w orzeczeniu z dnia 25 października 2022 r., KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22 KIO nakazała zamawiającemu zmianę górnej granicy waloryzacji z 10% na 20%; a w orzeczeniu z dnia 28 marca 2023 r., KIO 703/2 Izba oceniła, że brzmienie klauzuli waloryzacyjnej zabezpieczającej strony na wypadek 20% wzrostu kosztów było właściwe. Mając na względzie powyższe oraz aktualny poziom inflacji, rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu oraz długi okres obowiązywania umowy, dla zachowania zgodności z zasadami współżycia społecznego, wnosimy o podwyższenie dopuszczalnej przez Zamawiającego górnej granicy waloryzacji z 9% do 20%.	
23.	Par. 8 ust. 2 lit. a Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych. Wskazujemy, że przepisy Prawa zamówień publicznych wyraźnie co do zasady zakazują wprowadzania w umowach o zamówienie publiczne odpowiedzialności wykonawcy za „opóźnienie”. Mianowicie, art. 433 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje wprost, że takie postanowienie jest co do zasady niedozwoloną klauzulą abuzywną, co oznacza, że zgodnie z tym przepisem zakazane jest wprowadzanie generalnego rozszerzenia zasad odpowiedzialności Wykonawcy, w tym w szczególności wprowadzanie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Dlatego też w zakresie niniejszej umowy w naszej ocenie odpowiedzialność Wykonawcy powinna być oparta się na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy), dlatego prosimy o odpowiednią modyfikację postanowień: § 8 ust. 2 lit. a we wzorze umowy poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
24.	Par. 10 ust. 1 Należy zauważyć, że co do zasady umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a cechą takich umów jest ich trwałość rozumiana w ten sposób, że przepisy Pzp nie przewidują możliwości dowolnego rozwiązywania takich umów. W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Wykonawca musi mieć pewność - wynikającą z oszacowania kosztów i zysków, opartych na założeniu świadczenia usługi przez przewidziany w umowie czas - rentowności tego kontraktu, przy zdefiniowanym przynajmniej minimalnym gwarantowanym zakresie tego zamówienia.”. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, zastrzeżenie bezwarunkowej możliwości wypowiedzenia przez zamawiającego danego rodzaju umowy - nie jest dopuszczalne, z punktu widzenia osiągnięcia celów, którym służą umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ustalenia zasad rozliczeń z tym związanych. Z powyższych względów wnosimy o wykreślenie postanowienia, ewentualnie o wskazanie, by przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem dodanie do §10 ust. 1 zapisu: „Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia lub ich skutków i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni .”	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
25.	Par. 10 ust. 3 pkt 3.1 Wnosimy o doprecyzowanie, że pisemne wezwania będą wyznaczały Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni.	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
26.	Dot. Wykaz podprzetwarzających, §3 ust. 5 W celu należytego wykonania umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o niniejszą modyfikację ust. 5: „Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem... lub stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.	Zamawiający akceptuje propozycję
27.	Dotyczy: Załącznik nr 3 – projekt umowy, § 4 Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie w § 4 dodatkowego zapisu, zgodnie z poniższym: 6. Zwłoka w płatności powyżej 30 dni od terminu wskazanego	Zamawiający nie akceptuje propozycji.


	na fakturze upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji zobowiązań umownych bądź wykonywanie usług za przedpłatą.	
28.	<p>Załącznik nr 3 – projekt umowy, § 8</p> <p>Pytanie nr 4</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, zgodnie z poniższym zestawieniem:</p> <p>2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:</p> <p>a). za zwłokę w wykonaniu usługi, w wysokości 300 zł 150 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, ponad terminy, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.</p> <p>b). za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 2,5% wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 1 do Umowy.</p> <p>c). za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 5% 2,5% wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 1 do Umowy.</p> <p>d). za każde naruszenie istotnych zobowiązań określonych w Umowie w wysokości 300,00 zł 150,00 zł., chyba że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że przyczyna naruszenia nie leży po stronie Wykonawcy.</p> <p>3. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej, obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo do potrącenń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane przez Wykonawcę dostawy.</p> <p>4. Łączną, maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Zamawiający ustala się w wysokości 5% 2,5% wartości brutto Umowy.</p> <p>5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.</p>	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
29.	Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietów nr 19, 23, 28 (aparatura Zoll, Smiths, Fritz Stephan) bezwzględnym wymogiem posiadania przez Wykonawcę autoryzacji serwisowej od producenta. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll, Smiths, Fritz Stephan do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory i respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.	Zamawiający nie akceptuje propozycji. Zał. 2d punkt 4, 5 i 10
30.	Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający w pakiecie nr 48 wymagać będzie od Wykonawcy złożenia razem z ofertą aktualnych, imiennych certyfikatów ze szkoleń producenta na wszystkie urządzenia wyszczególnione w pakiecie.	Zamawiający nie akceptuje propozycji. Zał. 2d punkt 10
31.	Dot. SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagać, aby pracownicy, skierowani do realizacji usługi w zakresie pakietu nr 31, posiadali certyfikat ze szkolenia u producenta, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności do wykonywania przeglądów technicznych? Pozwoli to na złożenie oferty przez Wykonawców, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie i wiedzę w zakresie przedmiotu postępowania oraz odpowiednie urządzenia pomiarowe, niezbędne do przeprowadzenia przeglądów aparatury medycznej, będącej przedmiotem postępowania.	Zamawiający nie akceptuje propozycji. Zał. 2d punkt 10
32.	Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymagać będzie od wykonawców uwzględnienia w cenie przeglądu kosztu części podlegających okresowej wymianie niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.	Tak Zał. 2d punkt 9
33.	Dotyczy OPZ – Załącznik nr 2 pkt 25 Dotyczy SWZ Rozdział XIV pkt 3.3 Dotyczy Zakresu Przeglądu Według Pakietów – Załącznik 2b pakiet 2 Zwracamy się z prośbą o dodanie do wykazu pakietów również pakietu nr 2 gdzie Wykonawca potwierdzi, że osoby skierowane do realizacji zamówienia, posiadają autoryzacją producenta urządzenia do wykonywania działań serwisowych w zakresie urządzeń przez niego produkowanych. Zwracamy uwagę, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, a zgodnie z wytycznymi producenta aparatów, podczas procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja, kalibracja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia bezpieczeństwa pracy aparatu gdzie niezbędny jest klucz serwisowy wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub inny podmiot szkolący wskazany przez producenta aparatu	Zamawiający nie akceptuje propozycji. Zał. 2d punkt 24
34.	Pytanie nr 1 - pakiet 6 oraz 7 Dot. pkt. VIII.2 SWZ – warunki udziału w postępowaniu Dot. pkt. V SWZ – przedmiotowe środki dowodowe Dot. pkt. XIV ppkt. 3.3 SWZ – przedmiotowy środek dowodowy Dot. pkt. 25 załącznika nr 2d – dodatkowe wymagania zamawiającego Zamawiający w pkt. VIII.2 SWZ – warunkach udziału w postępowaniu podaje, że do udziału	Zamawiający nie akceptuje propozycji.

	<p>w postępowaniu w zakresie pakietów 6 oraz 7 zostanie dopuszczony wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł.</p> <p>Natomiast w pkt. V SWZ – przedmiotowe środki dowodowe, w pkt. XIV ppkt. 3.3 SWZ – opis sposobu przygotowania oferty oraz w pkt. 25 załącznika nr 2d – dodatkowe wymagania, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu, potwierdzającego posiadaną autoryzację producenta urządzenia do wykonywania działań serwisowych w zakresie urządzeń przez niego produkowanych.</p> <p>Prosimy o ujednoczenie zapisów SWZ do warunków udziału w postępowaniu i wykreślenie - w zakresie pakietu 6 oraz 7 - wymogu autoryzacji producenta lub dopisanie wyrażenia: „jeżeli dotyczy”, gdyż zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dn. 7.04.2022 r., serwis pogwarancyjny urządzeń medycznych może być realizowany przez podmioty nie posiadające autoryzacji producenta.</p> <p>Na polskim rynku działają co najmniej 2 firmy mogące serwisować tomografy, będące przedmiotem zamówienia (pakiet 6 oraz 7), jednak pozostawienie zapisów SWZ w obecnym kształcie dopuści do udziału w przetargu jedynie firmę GE – w zakresie pakietu 6 oraz firmę Siemens – w zakresie pakietu 7, natomiast wykluczy z udziału w przetargu firmy niezależne od producenta, które pomimo braku autoryzacji producenta zapewniają świadczenie usług serwisowych tomografom komputerowych na wysokim poziomie, co każdorazowo jest potwierdzane w referencjach, wydawanych przez zarówno publiczne szpitale, jak i prywatne placówki.</p> <p>Zmiana zapisów przełoży się jedynie na korzyści po stronie Zamawiającego, a dopuszczenie większego grona Wykonawców do udziału w postępowaniu pozwoli na otrzymanie konkurencyjnych ofert pod względem cenowym.</p> <p>W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy posiadającego certyfikat ISO w zakresie normy 9001:2015 oraz 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wartości 10 mln zł, zatrudniającego inżynierów serwisu na podstawie umowy o pracę z min. 5 letnim doświadczeniem w serwisowaniu tomografów komputerowych marki GE/Siemens.</p> <p>Powyższe zagwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą tylko wiarygodne firmy, a Zamawiający będzie miał pewność, że w przypadku awarii tomografu z winy Wykonawcy serwisującego przedmiotowe urządzenie, odpowiedzialność poniesie Wykonawca serwisujący i będzie w stanie pokryć roszczenia do wysokości 10 mln zł za każde zdarzenie. Takie wymaganie pozwoli Zamawiającemu uzyskać oferty od rzetelnych Wykonawców, co jest istotne w kontekście działalności Państwa ośrodka i będzie gwarancją zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznych procedur.</p> <p>W wyroku KIO z 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 wskazano że: „Możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”. Ponadto, w w/w wyroku KIO podkreśla, że autoryzowany serwisant producenta nie będzie pozbawiony możliwości uczciwego konkurencyjnego z innymi podmiotami świadczącymi usługi serwisowe i pozyskania zamówienia.</p>	
35.	<p>Dotyczy SWZ – Pkt V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.</p> <p>Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane usługi w zakresie Pakietów nr 31, 41 oraz 53 spełniają wymagania zamawiającego określone w SWZ wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada autoryzację producenta urządzenia do wykonywania działań serwisowych w zakresie urządzeń przez niego produkowanych?</p>	<p>Zamawiający rozszerza listę pakietów, w odniesieniu do których wymagane jest złożenie przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w cz. V SWZ o pakiet nr 53. Jednocześnie z wykazu tego usuwa się liczbę 54 (omyłka pisarska)</p>
36.	<p>Dot. pakiet 14</p> <p>Dla urządzeń będących przedmiotem umowy, starszych niż 10 lat, producent nie gwarantuje dostępności wykwalifikowanego personelu (inżynierów) wykonawcy i wszystkich części zamiennych zarówno przy przeglądach jak i naprawach. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy dany przegląd lub naprawa będzie niemożliwa do zrealizowania ze względu na brak dostępnych wykwalifikowanego personelu (inżynierów) wykonawcy i/lub części zamiennych. W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z przeglądu czy też naprawy urządzenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje sytuację opisaną powyżej oraz o potwierdzenie, że wystąpienie tej sytuacji nie</p>	<p>Nie dotyczy. Aparaty nie są starsze niż 10 lat.</p>

	będzie rodziło jakichkolwiek roszczeń ani jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy, w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych, takich jak termin naprawy.	
37.	Dot. Rozdział V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Prosimy o wyjaśnienie czy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi w zakresie pakietów nr 5,6,7,9, 54 spełniają wymagania zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca wraz z ofertą ma również złożyć certyfikaty lub zaświadczenia wystawione przez producenta urządzeń medycznych lub autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy osób/osoby skierowanej/nych do realizacji zamówienia)	Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe środki dowodowe dotyczące pakietów nr 5,6,7,9, 53 muszą być wystawione przez producenta urządzeń lub podmiot przez niego autoryzowany do wykonywania czynności serwisowej.
38.	Dot. Rozdział V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Czy Zamawiający, w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego lub jeśli złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, wyrazi zgodę i wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.	Zamawiający akceptuje propozycję
39.	Dot. SWZ rozdział VIII – pakiet 43 Z uwagi na wysoką inwazyjność urządzeń medycznych typu diatermia elektrochirurgiczna (aplikacja prądu do ciała pacjenta), a tym samym ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu nr 43 (diatermie Erbe) wymogiem na spełnienie warunków udziału w postępowaniu jak dla pakietów od 1 do 4; 39 oraz 41 tzn. Wykonawca powinien: - być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł. - dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat ze szkolenia w zakresie konserwacji, serwisu, naprawy urządzenia będącego przedmiotem usługi, wydany przez producenta tego urządzenia, lub co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat ze szkolenia wydany przez podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej, posiadającym ponadto certyfikat ze szkolenia serwisowego odbytego u innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej przy jednoczesnym dysponowaniu przez wykonawcę aktualną autoryzacją tego producenta.	Zamawiający akceptuje propozycję
40.	Dotyczy załącznika nr 1 formularz ofertowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów dotyczących tylko tego pakietu, na który składana jest oferta?	Tak
41.	Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Dotyczy pakietu nr 20 – Respiratory Osiris 3. Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu wyłącznie tych pozycji na który Wykonawca składa ofertę?	Tak
42.	Dotyczy załącznika nr 2: Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma wypełnić tabelę pola E, F, I.	Prosimy nie wypełniać komórek w kolumnach E, F, I.
43.	Zwracamy się z prośbą o dodanie w formularzu cenowym w pakiecie nr 23 dodatkowych wierszy o nazwie „Wymiana czujnika tlenu” i „Wymiana akumulatora”. Prośbę motywujemy faktem, iż w czasie trwania umowy usług przeglądów danego sprzętu będzie 2 szt., natomiast wymiana czujnika tlenu i akumulatora nastąpi jednorazowo w ciągu 24 miesięcy.	Zamawiający nie akceptuje propozycji. ZA! 2d punkt 17 i 18
44.	Czy zamawiający wyłączy pozycję nr 7 pakiet 48 T-Doc? Wg najbardziej aktualnych zaleceń przeglądy oprogramowania T-doc który nie jest wyrobem medycznym nie są konieczne.	Prosimy nie wyceniać pozycji nr 7. Przegląd oprogramowania je wchodzi w zakres zamówienia. Komórki w tym wierszu prosimy pozostawić puste.
45..	Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymagać w pakiecie nr 48 będzie wyceny usług serwisowych ciągłych tj. napraw pomiędzy przeglądami natomiast fakturuwanie usług będzie wyłącznie po przeglądzie technicznym urządzeń wyszczególnionych w pakiecie nr 48.	Zamawiający nie akceptuje propozycji. ZA! 2d punkt 17

46.	<p>Prosimy zamawiającego o skasowanie kolumn: 2, 5, 6 i 7 z załącznika nr 2 do SWZ ponieważ nie mają one zastosowania w przypadku postępowań dotyczących świadczenia usług serwisowych. W innym przypadku prosimy o wyjaśnienie jakie dane Wykonawca mażłożyć w poszczególnych kolumnach.</p>	<p>Nie akceptujemy propozycji. Prosimy o nie wypełnianie komórek w tych kolumnach</p>																																																																						
47.	<p>Prosimy o zmianę nazwy kolumny nr 4 – przedmiot zakupu na Urządzenie.</p>	<p>Nie zmieniamy nazwy nagłówka kolumny.</p>																																																																						
48.	<p>Dot. załącznika nr 2 pakiet nr 50 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR. Jako autoryzowany serwis marki GS posiadamy niezbędną wiedzę, narzędzia oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta.</p>	<p>Zamawiający nie akceptuje propozycji.</p>																																																																						
49.	<p>Załącznik nr 2 – Zestawienie asortymentowo – wartościowe Dotyczy pakietu nr 20 – Respiratory Osiris 3. Pytanie nr 2. W nawiązaniu do pytania nr 1 wnosimy o zmodyfikowanie załącznika nr 2 dla pakietu nr 20 zgodnie z wzorem poniżej lub wyrażenie zgodny na zmianę zamawianej ilości wymiany akumulatora z 2 na 4, jak powinno być zgodnie z zaleceniami producenta.</p> <table border="1" data-bbox="169 689 1002 969"> <thead> <tr> <th colspan="10">P20 Pakiet 20 Respiratory</th> </tr> <tr> <th>LP.</th> <th>Nazwa dostawcy - 15 znaków</th> <th>Indeks prod. u zamawiającego</th> <th>Przedmiot zakupu</th> <th>Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków</th> <th>Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków</th> <th>Nazwa producenta</th> <th>Jednostka miary [op., szt.]</th> <th>Wielkość opakowania</th> <th>Ilość zamawiana</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td></td> <td>USOB-0001</td> <td>Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3 SN: F 0852 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>szt.</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td></td> <td>USOB-0001</td> <td>Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3 SN: F 0849 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>szt.</td> <td></td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td></td> <td>USOB-0001</td> <td>Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3- wymiana akumulatora</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>szt.</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Razem</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	P20 Pakiet 20 Respiratory										LP.	Nazwa dostawcy - 15 znaków	Indeks prod. u zamawiającego	Przedmiot zakupu	Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków	Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków	Nazwa producenta	Jednostka miary [op., szt.]	Wielkość opakowania	Ilość zamawiana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	66		USOB-0001	Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3 SN: F 0852 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				szt.		2,00	67		USOB-0001	Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3 SN: F 0849 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				szt.		2,00	68		USOB-0001	Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3- wymiana akumulatora				szt.		4,00									Razem		<p>Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję. Zmieniony zostanie zał nr. 2 pakiet 20</p>
P20 Pakiet 20 Respiratory																																																																								
LP.	Nazwa dostawcy - 15 znaków	Indeks prod. u zamawiającego	Przedmiot zakupu	Indeks produktu u dostawcy - 20 znaków	Nazwa produktu - pełna nazwa handlowa - 120 znaków	Nazwa producenta	Jednostka miary [op., szt.]	Wielkość opakowania	Ilość zamawiana																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																															
66		USOB-0001	Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3 SN: F 0852 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				szt.		2,00																																																															
67		USOB-0001	Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3 SN: F 0849 z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				szt.		2,00																																																															
68		USOB-0001	Przeład techniczny Respirator transportowy OSIRIS 3- wymiana akumulatora				szt.		4,00																																																															
								Razem																																																																
50.	<p>Dot. pakiet 14 Zwracamy się z prośbą o informację czy formularze cenowe dotyczą serwisu czy zakupu sprzętu? W pakiecie 14 kolumny do uzupełnienia to: Nazwa dostawcy, przedmiot zakupu, indeks produktu, nazwa producenta, wielkość opakowania, ilość zamawiana. Czy to dotyczy serwisu? Jeśli tak, to jakich informacji oczekuje Zamawiający?</p>	<p>Formularz wg. załącznika nr 2 jest szablonem używanym u zamawiającego. Przedmiotem zakupu jest oczywiście usługa serwisowa. Prosimy nie uzupełniać zestawienia w komórkach dla kolumn, 5, 6, 7 i 9 W kol. 2 Proszę wpisać nazwą wykonawcy usługi serwisowej.</p>																																																																						
51.	<p>Dot. Pakiet 6,9 Zwracamy się z prośbą o informację czy formularze cenowe dotyczą serwisu czy zakupu sprzętu? W pakietach 6, 9 kolumny do uzupełnienia to: Nazwa dostawcy, przedmiot zakupu, indeks produktu, nazwa producenta, wielkość opakowania, ilość zamawiana. Czy to dotyczy serwisu? Jeśli tak, to jakich informacji oczekuje Zamawiający?</p>	<p>Formularz wg. załącznika nr 2 jest szablonem używanym u zamawiającego. Przedmiotem zakupu jest oczywiście usługa serwisowa. Prosimy nie uzupełniać zestawienia w komórkach dla kolumn 5, 6, 7 i 9. W kol. 2 Proszę wpisać nazwą wykonawcy usługi serwisowej.</p>																																																																						
52.	<p>Dot. załącznik 2 (formularz) – pakiet 43 Wnioskujemy o wyjaśnienie w jaki sposób prawidłowo wypełnić kolumny (5, 6 i 9) formularza, jeżeli przedmiotem jest usługa, a ponadto pozycja (linia) zawiera więcej niż jedno urządzenie w zestawie.</p>	<p>j.w.</p>																																																																						
53.	<p>Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do postępowania w zakresie załącznika nr 2 – formularz asortymentowo cenowy. Proszę o potwierdzenie, że nie jest konieczne wypełnienie kolumn E, F, G oraz I – dane z tych kolumn nie odnoszą się do przedmiotu postępowania.</p>	<p>Potwierdzamy, komórki pozostawić należy puste.</p>																																																																						

54.	<p>Dotyczy: Załącznik nr 2, P39 Pakiet nr 39 – Aparaty USG Pytanie nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 162 i 168 do osobnego pakietu, zgodnie z poniższym zestawieniem.</p> <table border="1" data-bbox="172 304 1109 674"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 304 248 488">LP.</th> <th data-bbox="248 304 427 488">Nazwa dostawcy - 15 znaków</th> <th data-bbox="427 304 624 488">Indeks prod. u zamawiającego</th> <th data-bbox="624 304 1109 488">Przedmiot zakupu</th> </tr> <tr> <th data-bbox="172 488 248 524">1</th> <th data-bbox="248 488 427 524">2</th> <th data-bbox="427 488 624 524">3</th> <th data-bbox="624 488 1109 524">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 524 248 600">162</td> <td data-bbox="248 524 427 600"></td> <td data-bbox="427 524 624 600">USOB-0001</td> <td data-bbox="624 524 1109 600">Przegląd techniczny aparat USG Flex Focus 1202 SN:198 64 63 z Oddział Urologiczny.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 600 248 674">168</td> <td data-bbox="248 600 427 674"></td> <td data-bbox="427 600 624 674">USOB-0001</td> <td data-bbox="624 600 1109 674">Przegląd techniczny aparat USG Bk Specto SN: 2000620 z Oddział Urologiczny.</td> </tr> </tbody> </table>	LP.	Nazwa dostawcy - 15 znaków	Indeks prod. u zamawiającego	Przedmiot zakupu	1	2	3	4	162		USOB-0001	Przegląd techniczny aparat USG Flex Focus 1202 SN:198 64 63 z Oddział Urologiczny.	168		USOB-0001	Przegląd techniczny aparat USG Bk Specto SN: 2000620 z Oddział Urologiczny.	Zamawiający nie akceptuje propozycji
LP.	Nazwa dostawcy - 15 znaków	Indeks prod. u zamawiającego	Przedmiot zakupu															
1	2	3	4															
162		USOB-0001	Przegląd techniczny aparat USG Flex Focus 1202 SN:198 64 63 z Oddział Urologiczny.															
168		USOB-0001	Przegląd techniczny aparat USG Bk Specto SN: 2000620 z Oddział Urologiczny.															
55.	<p>Dotyczy: Załącznik nr 2, P39 Pakiet nr 39 – Aparaty USG Pytanie nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprawdzenie poprawności numeru seryjnego aparatu USG Flex Focus 1202 SN:198 64 63.</p>	Prawidłowy nr seryjny to: 189 64 63.																
56.	<p>Dotyczy załącznika nr 2, 2a pakiet nr 39 – zestawienie asortymentowo-wartościowe: Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów USG firmy Samsung Medison a w pakiecie 39 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG RS80 EVO z pozycji 167 (załącznik 2a poz. 7) w oddzielnym pakiecie, co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert.</p>	Zamawiający nie akceptuje propozycji.																
57.	<p>Załącznik nr 2a pakiet nr 21 wskazuje na konieczność wykonania przeglądów 5 szt. respiratorów, natomiast w załączniku nr 2 Zamawiający wskazuje dodatkową pozycję „Przegląd techniczny respirator Medumat- wymiana akumulatorów”. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podanie modeli oraz roku produkcji respiratorów z pakiet nr 21 poz. 74.</p>	Zamawiający nie akceptuje propozycji. Podane są dane w zał 2a „ Wykaz urządzeń”																
58.	<p>W nawiązaniu do załącznika nr 2a pakiet nr 21 zwracamy się z prośbą o zmianę częstotliwości wykonywania przeglądów dla respirator Carevet, poprawny czasookres to 12 miesięcy.</p>	Tak Zamawiający akceptuje propozycję. Na co 12 m-cy																
59.	<p>Dotyczy Załącznik nr 2b – zakres usługi wg. Zamawiającego Pakiet nr 41: Zakres przeglądu aparatów USG firmy Philips 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od punktu 15 (Załącznik 2b) Weryfikacja/ podłączenie zdalnego serwisu i przedłużenie aktywacji proaktywnego monitoringu? Pozostawienie tego wymogu może zawęzić krąg potencjalnych wykonawców oraz zwiększyć koszt wykonania usługi, co nie powinno leżeć w interesie Zamawiającego.</p>	Zamawiający usuwa z załącznika 2b pakiet 41 pkt 15 i 16																
60.	<p>SWZ, rozdział V Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 ppkt 2 Załącznik nr 2b – Zakres usługi wg Zamawiającego Dotyczy pakietu nr 20 – Respiratory Osiris 3. Pytanie nr 1. Wykonawca wnosi o nałożenie obowiązku wymiany akumulatora wewnętrznego w respiratorze Osiris 3 zgodnie z wymogami SWZ, zaleceniami i według aktualnych procedur przewidzianych przez producenta urządzenia czyli co roku, ponieważ jest elementem on wchodzącym w skład zestawu przeglądowego. W załączniku nr 2b Zamawiający przewidział wymianę akumulatora raz na dwa lata, co jest sprzeczne z zaleceniami producenta urządzeń (wyciąg z instrukcji obsługi poniżej).</p>	Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję. Zmieniony zostanie zał. nr. 2 pakiet 20																

	<p>IV.5.3. Przez Technika</p> <p>Poniższe działania muszą być wykonane przez technika, który został odpowiednio przeszkolony.</p>  <p>Co rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymenić: <ul style="list-style-type: none"> • Filtry urządzenia (filtr gąbkowy wlotu powietrza ②, filtr O₂ ①, itd.) • Akumulatory wewnętrzne, • Wykonać całkowite sprawdzenie respiratora OSIRIS 3 <p>Więcej szczegółów podano w instrukcji konserwacji.</p>		
61.	<p>SWZ, rozdział V Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 ppkt 2 Załącznik nr 2b – Zakres usługi wg Zamawiającego Pytanie nr 3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie zaleceniami producenta wymaga kalkulacji w cenie oferty elementów równoważnych pod względem jakościowym i ilościowym z zawartością dedykowanego przez producenta zestawu przeglądowego: filtr zasilania tlenu, filtr powietrza atmosferycznego, 3 x filtr bakteriologiczny.</p>		Zamawiający nie akceptuje propozycji. ZAŁ 2d punkt 8
62.	<p>Dot. Załącznik nr 2b, pakiet Nr 9 Wnosimy o modyfikację punktu 2 zakresu przeglądu Rezonansu Magnetycznego Signa Artist 1,5 T IPM „Jedno uzupełnienie poziomu helu, jeśli takie będzie zalecenie producenta, a poziom He spadnie poniżej 600 litrów”. Wyjaśniamy iż Rezonans Magnetyczny Zamawiającego bazuje na magnezie w technologii „PM”, w przypadku której nie rejestruje się helu w poziomie procentowym a litrowym, jest to także system mogący bezpiecznie pracować z niższym poziomem helu niż magnesy tradycyjne.</p>		Zamawiający akceptuje propozycję.
63.	<p>Dotyczy załącznika nr 2d – dodatkowe wymagania zamawiającego punkt 9: Czy Zamawiający usunie zapis „ Zużyte i wymienione materiały eksploatacyjne i części Wykonawca pozostawiać będzie u Zamawiającego”. Wielu dostawców, szczególnie autoryzowanych przez producenta sprzedaje części zamienne z rabatem tylko pod warunkiem zwrotu części uszkodzonej. W przypadku braku zwrotu koszty części zamiennych są droższe o około 30%. Zgoda Zamawiającego umożliwi przeprowadzenie naprawy korzystniejszej cenowo przy założeniu, że ewentualna wymiana części zamiennych będzie się wiązała z ich zwrotem do producenta. Podkreślamy, że w przypadku kiedy zwrot części zamiennej nie będzie konieczny i nie będzie miał wpływu na cenę części nowej, część ta pozostanie własnością Zamawiającego</p>		Zamawiający nie akceptuje propozycji. ZAŁ 2d punkt 17 i 18
64.	<p>Dotyczy załącznika nr 2d - dodatkowe wymagania zamawiającego punkt 10: Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami, odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta? Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.</p>		Zamawiający nie akceptuje propozycji.
65.	<p>Dotyczy załącznika nr 2d - dodatkowe wymagania zamawiającego punkt 14 przeprowadzenie szkolenia pracowników. Prosimy o wyjaśnienie czy szkolenie pracowników ma odbyć się w dniu przeglądu?</p>		Tak. W dniu przeglądu
66.	<p>Pakiet nr 24 Prosimy o wyjaśnienie co ma na myśli Zamawiający żądając wymiany czujnika tlenu. Respirator Trilogy 202 nie ma czujnika tlenu podlegającego wymianie.</p>		Omyłka pisarska chodzi o filtr.
67.	<p>W nawiązaniu do załącznika nr 2d pozycja 14 zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu szkoleń dla pracowników. Serwis wykonujący przegląd sprzętów medycznych nie jest dedykowany do przeprowadzenia szkoleń.</p>		Zamawiający nie akceptuje propozycji.

68.	<p>Dotyczy Pakietu nr 33 Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Pakiecie nr 33 postawi wykonawcom identyczne wymagania jak dla Pakietów od 1 do 4; 39 oraz 41 i wymagać będzie od nich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dysponowania co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat ze szkolenia w zakresie konserwacji, serwisu, naprawy urządzenia będącego przedmiotem usługi, wydany przez producenta tego urządzenia, lub - dysponowania co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat ze szkolenia wydany przez podmiot mający wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016 w zakresie instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej, posiadającym ponadto certyfikat ze szkolenia serwisowego odbytego u innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej przy jednoczesnym dysponowaniu przez wykonawcę aktualną autoryzacją tego producenta? 	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
69.	<p>Dotyczy Pakietu nr 53 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta lub umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiających pełną realizację przedmiotu zamówienia?</p>	TAK
70.	<p>Dotyczy Załącznika nr 2d (dla pakietów 31, 41 oraz 53). W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonego oraz stałego monitorowania sprawności pracy urządzeń (24h/dobę), czy Zamawiający uwzględni dopisanie do załącznika zakresu czynności serwisowych zdalnego dostępu oraz aktywnego monitoringu urządzeń poprzez dedykowane, szyfrowane łącze VPN? Pozwoli to reagować na bieżąco w przypadku zbliżających się awarii, oraz uniknąć przestoju urządzenia. Jako profesjonalny Wykonawca zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie placówki medyczne wymagają podejmowania zdecydowanych działań w zakresie bezpieczeństwa, zatem usługa zdalnego serwisu i monitoringu musi umożliwiać szybką reakcję serwisowi ale też zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, kompleksową infrastrukturę zabezpieczeń obejmującą surowe procedury oraz środki kontroli. Prosimy o włączenie zdalnych usług serwisowych oraz aktywnego monitoringu z powiadamianiem o błędach (szczególnie istotnego w przypadku lamp rentgenowskich) w zakres wymaganych przez Zamawiającego czynności serwisowych.</p>	Zamawiający zmieni zapisy w załączniku nr 2b pakiet 53 o włączenie zdalnych usług serwisowych oraz aktywnego monitoringu z powiadamianiem o błędach.
71.	<p>Dotyczy Załącznika nr 2d - pkt 10 i 24 (dla pakietów 31, 41 oraz 53) Czy Zamawiający pisząc, że wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń będzie wymagał posiadania przez co najmniej dwóch pracowników uprawnienia udokumentowane imiennym certyfikatem wystawionym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela?</p>	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
72.	<p>Dotyczy Załącznika nr 2d - pkt 14 i 24 (dla pakietów 31, 41 oraz 53) W związku z warunkiem przeprowadzenia szkolenia pracowników szpitala z bezpiecznego użytkowania przeglądanych urządzeń, czy Zamawiający oczekuje potwierdzenie wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez dostarczenie imiennych certyfikatów wystawionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela? Pozwoli to uchronić Zamawiającego od ewentualnych zarzutów, niedochowania odpowiedniej staranności w przypadku incydentu medycznego</p>	Zamawiający nie akceptuje propozycji.
73.	<p>Dotyczy Załącznika nr 2d (dla pakietów 31, 41 oraz 53) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Załączniku nr 2d wymogu, aby przedmiot zamówienia obejmował wykonywanie wszelkich działań serwisowych (przeglądy, naprawy) zgodnie z wymaganiami producenta, włącznie z czynnościami przeglądowymi, do których prawidłowego przeprowadzenia konieczne jest posiadanie dostępu serwisowego udzielonego przez producenta (bez posiadania dostępu nie jest możliwe przeprowadzenie niektórych procedur przeglądowych np. kalibracji lampy rentgenowskiej)?</p>	Zamawiający zmieni zapisy w załączniku nr 2b pakiet 53 o włączenie zdalnych usług serwisowych oraz aktywnego monitoringu z powiadamianiem o błędach.
74.	<p>Dotyczy załącznika nr 6, wykaz osób: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Proponowana funkcja”?</p>	Należy określić zakres wykonywanych czynności
75.	<p>Dotyczy załącznika nr 6, wykaz osób: Prosimy o wyjaśnienie czy w tabeli „Proponowana funkcja” ma znajdować się zakres wykonywanych czynności danego pracownika?</p>	Tak

76.	Dotyczy SWZ punkt VIII 3.2 oraz załącznik nr 6 wykaz osób: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie referencji.	Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób wykazanych w załączniku. Zamawiający dopuszcza złożenie takich dokumentów w postaci np. referencji, co ułatwi zamawiającemu zbadanie oferty jeśli będzie miał w tym zakresie wątpliwości
77.	Dotyczy załącznika nr 3a § 1 ust. 4, § 5, § 7 ust. 1: Prosimy o dodanie zapisu: ... chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.	Nie zmieniamy treści przywołanych w pytaniu zapisów umownych.

Zamawiający wydłuża terminy:

- składania ofert do dnia 17.07.2024 r. godz. 10:00,
- otwarcia ofert do dnia 17.07.2024 r. godz. 10:30,
- związania ofertą do dnia 17.10.2024 r.

Wiesław Babiński
 kierownik
 Sekcji ds. zamówień publicznych



DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa

