

Ciechanów dnia 11.07.2024 r.

AT - ZP/2501/53/23

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej** ogłoszonego w dniu **12.06.2024** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **113/2024 347088-2024** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	<p>W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi z dnia 05.07.2024 zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy wraz z ofertą do pakietów 6, 9 należy złożyć imienne certyfikaty inżynierów czy wystarczy autoryzacja wystawiona przed producenta?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Dot. Rozdział V, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych          Prosimy o wyjaśnienie czy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi w zakresie pakietów nr 5,6,7,9, 54 spełniają wymagania zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca wraz z ofertą ma również złożyć certyfikaty lub zaświadczenia wystawione przez producenta urządzeń medycznych lub autoryzowanego przedstawiciela (dotyczy osób/osoby skierowanej/nych do realizacji zamówienia)</p> </div>	<p>W celu potwierdzenia, że oferowane usługi w zakresie pakietów nr 5,6,7,9, 54 spełniają wymagania zamawiającego określone w SWZ, wykonawca złoży wraz z ofertą <b>dokumenty potwierdzające, że wykonawca, podwykonawca lub osoba/ły skierowane przez wykonawcę</b> do realizacji zamówienia, posiadają autoryzacją producenta urządzenia do wykonywania działań serwisowych w zakresie urządzeń przez niego produkowanych. Tym samym dokument autoryzacyjny producenta, potwierdzający posiadanie autoryzacji przez wykonawcę, podwykonawcę lub osobę/ły skierowane przez wykonawcę do realizacji usługi, będzie wystarczający do wypełnienia tego wymogu.</p>
2	<p>Czy Zamawiający potwierdza, że w formularzu cenowym dla pakietu nr 48 wymaga wyłączenie wyceny samych przeglądów technicznych? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.</p> <p>Zamawiający w Załączniku nr 2b zakres usług w pakiecie nr 48 punkt 16 napisał „Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych w okresie obowiązywania umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy) „, następnie w odpowiedziach z dnia 5.07 na zadane pytanie odpowiada że wiążący jest zapis w zał 2d punkt 17 czyli „Warunki wykonania ewentualnej naprawy, koniecznej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia poddanego przeglądowi lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, będą regulowane niezależnymi zleceniami.”</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że wymagana jest wycena jedynie przeglądów technicznych</p>

Paulina Witkowska  
 Referent  
 Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński  
 Sekcja ds. zamówień publicznych