

Ciechanów dnia 22.07.2024 r.

AT - ZP/2501/61/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Wyroby medyczne jednorazowe** ogłoszonego w dniu **03.07.2024** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2024/BZP 00393416** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	<p>Pytanie nr 1 pakiet P05 Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania: przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1µm. Spełniający pozostałe wymagania SWZ. Filtr 0,1µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm. W razie niedopuszczenia ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego</p>	Zgodnie z SWZ
2	<p>Pytanie nr 1 pakiet P05 Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania: przyrząd do aspiracji płynów pakowanego pojedynczo a następnie w opakowaniu pośrednim po 100 szt.</p>	Zamawiający akceptuje propozycję
3	<p>PAKIET NR 01 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w poz. 4 oraz w poz. 7, analogicznie jak w poz. 1 - wymaga igły prowadzącej 22G zamiast 20G, która jest kompatybilna z igłą podpajęczynówkową 27G.</p>	Zgodnie z SWZ
4	<p>Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie czy w pakiecie 1 Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły z poz. od 1 do 7 pochodziły od jednego producenta.</p>	Zgodnie z SWZ
5	<p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 igieł do nakłuć lędźwiowych pakowanych po 25 sztuk w opakowaniu</p>	Zamawiający akceptuje propozycję
6.	<p>1. Czy Zamawiający w Części 6 dopuści produkty równoważne o następujących parametrach: 1. Zestaw z regulatorem przepływu o podwójna skala liczbowa – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%) o jednoznacznie zaznaczona pozycja wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN) o korpus wykonany z poliwęglanu o cylindryczna budowa z naniesioną podziałką wyskalowaną w zakresie 5-250 ml/h o regulacja odbywa się poprzez odpowiednie wzajemne skręcanie górnej i dolnej części cylindra o skrzydełka na obwodzie regulatora gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności o łącznik wykonany z medycznego silikonu utrzymujący obie części cylindra w pełnej szczelności dla płynów o bez lateksu o z komorą kroplową (20 kropeł/ml) o długości 195 cm</p>	Zgodnie z SWZ
7.	<p>Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 27G/90mm z prowadnicą 22Gx34mm?</p>	Zgodnie z SWZ
8.	<p>Pakiet 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 26G/90mm z prowadnicą 20Gx34mm?</p>	Zgodnie z SWZ

9.	Pakiet 1, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 27G/120mm z prowadnicą 22Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
10.	Pakiet 1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 26G/120mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
11.	Pakiet 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 26G/90mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
12.	Pakiet 1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 27G/90mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
13.	Pakiet 2, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igły z okresem sterylności 3 lata od daty produkcji?	Zgodnie z SWZ
14.	Pakiet 3, Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą o długości 19mm spełniającą pozostałe wymagania SWZ?	Zgodnie z SWZ
15.	Pakiet 3, Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze stałymi skrzydełkami?	Zgodnie z SWZ
16.	Pakiet 3, Pozycja 10, 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w opakowaniu jednostkowym papier-folia?	Zgodnie z SWZ
17.	Pakiet 3, Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach 1,1-1,2 lub 0,9-1,2/40mm?	Zgodnie z SWZ
18.	Pakiet 3, Pozycja 12 Czy Zamawiający może doprecyzować ile sztuk powinno znajdować się w opakowaniu?	Zgodnie z SWZ
19.	Pakiet 3, Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zgodnie z SWZ
20.	Pakiet 5, Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści aplikator do pobierania leków z filtrem powietrza 0,1µm?	Zgodnie z SWZ
21.	Pakiet 6, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem o parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • regulacja przepływu: od 5 do 250 ml/h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości. • regulacja przepływ: od 5 do 200 ml/h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%. • zakres błędu wynosi $\pm 15\%$. • komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów (DEHP free) • kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml • filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm • kolec z odpowietrzeniem • odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową kłapką • długość drenu 145 cm • zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren • port Y • oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami • nie zawiera lateksu ani ftalanów • jednorazowego użytku • sterylizowany tlenkiem etylenu • opakowanie papier/folia? 	Zgodnie z SWZ
22.	Pakiet 1, poz. 1-3, 6-7 Czy zamawiający dopuści igły o długości 88 mm?	Zgodnie z SWZ
23.	Pakiet 1, poz. 4, 7 Czy zamawiający dopuści igłę prowadzącą 22G x 38mm?	Zgodnie z SWZ
24.	Pakiet 1, poz. 4-5 Czy zamawiający dopuści igły o długości 120 mm z zakończeniem Pencil-Point?	Zgodnie z SWZ
25.	Pakiet 2, poz. 8 Czy zamawiający dopuści igły o długości 88 mm, z zakończeniem luer-lock?	Zgodnie z SWZ
26.	Pakiet 2, poz. 8 Czy zamawiający dopuści igły w opakowaniu 50 szt.?	Zgodnie z SWZ
27.	Pakiet 6, poz. 1 Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu o długości drenu 150cm, komora kroplowa ok. 4 cm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml, wyposażony w filtr powietrza 0,45µm?	Zgodnie z SWZ
28.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 1 zaoferowanie igieł typu motylek pakowanych po 50 sztuk?	Tak

39.	Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 2 zaoferowanie igieł jednorazowego użytku 1,1-1,2 /40 mm? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.	Zgodnie z SWZ
30.	Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 4 igły bezpieczne może doprecyzować co rozumie pod pojęciem opakowanie (jaka ilość sztuk)?	Opakowanie 100 sztuk
31.	Dotyczy pak. 5 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 aplikator do przelewania i pobierania leków z powietrznym filtrem anti-bakteryjnym 0,1µm (filtr mniejszy zatrzymujący mniejsze elementy – korzystniejszy parametr)? Pozostałe parametry zgodnie z OPZ.	Zgodnie z SWZ
32.	Dotyczy pak. 7 Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 igły do pobierania leków z filtrem może doprecyzować co rozumie pod pojęciem opakowanie (jaka ilość sztuk) ?	Opakowanie 100 sztuk

Pytania do Załącznika nr 3- projekt umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 11 ust. 1 w następujący sposób:		
1	1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 10 % niezrealizowanej części Umowy. B/ w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy; C/ w wysokości 0,1% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. D/ w przypadku odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3 ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy - w wysokości 1% wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek;	Nie akceptujemy propozycji
2	2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.	Nie akceptujemy propozycji
3	3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych lub ich części z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.	Nie akceptujemy propozycji
4	4. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę księgową. W przypadku gdy wysokość naliczonej kary umownej przewyższać będzie kwotę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, różnicę pomiędzy notą księgową a wynagrodzeniem Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie określonym w notcie księgowej.	Nie akceptujemy propozycji
5	5. Kary umowne nalicza się za każdy dzień kalendarzowy.	Nie akceptujemy propozycji
6	6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Strony zachowują prawo dochodzenia zastrzeżonych kar umownych.	Nie akceptujemy propozycji
7	7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % Wartości Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy;	Nie akceptujemy propozycji
8	8. W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. B/ lub C/ lub D/ przekroczy 10 % Wartości Umowy określonej w § 1 ust.3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 pkt. A/.	Nie akceptujemy propozycji
9	9. Kary umowne nie zostaną naliczone w przypadku, gdy wyłączną przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło na skutek siły wyższej.	Nie akceptujemy propozycji

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babłowski
Przewodniczący
Sekcji ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa