

AT - ZP/2501/81/24

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup sprzętu jednorazowego** ogłoszonego w dniu **18.09.2024** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **182/2024 560040-2024** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści SWZ:

Lp	Pytanie	odpowieź
1.	<p><u>Pytanie 1 Pakiet 2 Pozycja 7</u></p> <p>Czy Zamawiający w pakiecie 2 Pozycja 7 ma na myśli flocare zgłębnik PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem w rozmiarach CH 10/110cm, CH 10/130cm, CH 12/110cm?</p> <p>Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.</p>	Tak
2.	<p><u>Pytanie 2 Pakiet 2 Pozycja 8</u></p> <p>Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Pozycja 8 ma na myśli zestaw do przezskórnej gastrostomii, który to wyposażony jest w zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, kierującą położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania oraz dodatkowo posiadający zacisk zabezpieczający utrzymanie zgłębnika w odpowiedniej pozycji.</p> <p>Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.</p>	Tak
3.	<p><u>Pytanie 3 Pakiet 2 Pozycja 9</u></p> <p>Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Pozycja 9 ma na myśli zestaw do grawitacji , do butelek zaopatrzonego w koszyczek, który w sposób właściwy, bezpieczny i stabilny umożliwi zawieszenie butelki na stojaku?</p> <p>Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.</p>	Tak
4.	<p><u>Pakiet 4. Pozycja 20.</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową ekscentryczną, o pojemności 20 ml ze skalą co 1ml, w opakowaniu 80 sztuk spełniające wymogi SWZ?</p>	Tak
5.	<p><u>Pakiet 4. Pozycja 22.</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o pojemności 3 ml ze skalą co 0,1 ml, w opakowaniu 200 sztuk spełniające wymogi SWZ?</p>	Tak
6.	<p><u>Pakiet 4. Pozycja 24.</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową ekscentryczną o pojemności 5 ml ze skalą co 0,2 ml? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.</p>	Tak
7.	<p><u>Pakiet 4. Pozycja 28.</u></p> <p>Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową o pojemności 20 ml ze skalą co 1 ml, w opakowaniu 120 sztuk, sterylizowana EO? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.</p>	Tak
8.	<p><u>Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 pkt. A</u></p> <p>Prosimy o naliczanie kary od niezrealizowanej wartości umowy.</p>	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
9.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 3</u></p> <p>Poz. 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 12 ml? 2. Czy Zamawiający dopuści podwójną kryzę na korpusie strzykawki uniemożliwiającą przypadkowe wysunięcie tłoka zamiast pierścienia zabezpieczającego? 	Tak

10.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 3</u> Poz. 17 1.Czy Zamawiający dopuści przyrząd pakowany po 50 szt.?</p>	Tak
11.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 18 1.Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości min 80 mm? 2.Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zatyczką filtra w kolorze czerwonym i czerwonym nadrukiem na opakowaniu zamiast czerwonego zacisku rolkowego? 3.Czy Zamawiający dopuści igła biorczą stożkową, dwukanałową? 4.Czy Zamawiający dopuści dren przezroczysty? 5.Czy Zamawiający dopuści przyrząd pakowany po 150 szt.? 6.Czy Zamawiający dopuści dren z zatyczką bez filtra hydrofobowego priming cap+? 7.Czy Zamawiający dopuści długość całego zestawu 193,5 cm?</p>	<p>1. Tak 2. Tak 3. Nie 4. Tak 5. Tak 6. Nie 7. Tak</p>
12.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 19 1.Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną średnicę drenu 3 mm? 2.Czy Zamawiający dopuści przedłużacz pakowany po 200 szt.? 3.Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną średnicę drenu 1,24 mm? 4.Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 300 szt.?</p>	<p>1. Tak 2. Tak 3. Nie 4. Tak</p>
13.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 20 1.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 24 ml? 2.Czy Zamawiający dopuści podwójną kryzę na korpusie strzykawki uniemożliwiającą przypadkowe wysunięcie tłoka zamiast pierścienia zabezpieczającego?</p>	<p>1. Tak 2. Tak</p>
14.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 21 1.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę sterylizowaną tlenkiem etylenu?</p>	Tak
15.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 22 1.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę sterylizowaną tlenkiem etylenu? 2.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 3 ml?</p>	<p>1. Tak 2. Tak</p>
16.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 23 1.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 3 ml? 2.Czy Zamawiający dopuści podwójną kryzę na korpusie strzykawki uniemożliwiającą przypadkowe wysunięcie tłoka zamiast pierścienia zabezpieczającego?</p>	<p>1. Tak 2. Tak</p>
17.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 24 1.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 6 ml? 2.Czy Zamawiający dopuści podwójną kryzę na korpusie strzykawki uniemożliwiającą przypadkowe wysunięcie tłoka zamiast pierścienia zabezpieczającego?</p>	<p>1. Tak 2. Nie</p>
18.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 25 1.Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia drenu 11 ml? 2.Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń z zatyczką bez filtra hydrofobowego priming cap?</p>	<p>1. Nie 2. Nie</p>
19.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 26 1.Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 85 szt.? 2.Czy Zamawiający dopuści aby obwiedzenie, otoczenie kółkiem była pojemność 50 ml (strzykawka z rozszerzeniem – 60 ml)?</p>	<p>1. Tak 2. Tak</p>

20.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 27</p> <p>1.Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 85 szt.?</p> <p>2.Czy Zamawiający dopuści aby obwiedzenie, otoczenie kółkiem była pojemność 50 ml (strzykawka z rozszerzeniem – 60 ml)?</p>	<p>1. Tak</p> <p>2. Tak</p>
21.	<p><u>Dotyczy Pakietu Nr 4</u> Poz. 28</p> <p>1.Czy Zamawiający dopuści strzykawkę sterylizowaną tlenkiem etylenu?</p>	Tak
22.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 18 dopuści zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi, transfuzji z igłą jednokanałową , bez filtra , długość komory kroplowej min. 80 mm w części przezroczystej , dren 150 cm, zaczepek na dren, opakowanie folia-papier, sterylny?	Nie
23.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 18 dopuści zaoferowanie przyrządów do przetaczania krwi, transfuzji z igłą dwukanałową , hydrofobowy filtr powietrza , długość komory kroplowej min. 80 mm w części przezroczystej , dren 150 cm ,komora kroplowa wolna od PVC, zatyczka filtra w kolorze czerwonym , miejsce na igłę biorczą po użyciu, zaczepek na dren, opakowanie folia-papier, sterylny?	Nie
24.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 19 dopuści zaoferowanie drenu 150cm bursztynowego o średnicy wewnętrznej 1,24 mm?	Nie
25.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 20 dopuści zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych 20 ml , cylinder kopolimer etylenowo- polipropylenowy skala 1 ml z rozszerzeniem do 24 ml?	Tak
26.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 21 dopuści zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych 10 ml , skala 0,5 ml, sterylizacja tlenkiem etylenu?	Tak
27.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 22 dopuści zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych 2 ml , skala 0,2 ml, sterylizacja tlenkiem etylenu?	Tak
28.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 23 dopuści zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych 2 ml , cylinder kopolimer etylenowo- polipropylenowy z rozszerzeniem do 2,5ml?	Tak
29.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 24 dopuści zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych 5 ml , skala 0,2 ml, cylinder kopolimer etylenowo- polipropylenowy z rozszerzeniem do 6ml?	Tak
30.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 28 dopuści strzykawki trzyczęściowe sterylizowane tlenkiem etylenu?	Tak
31.	Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 29 dopuści zaoferowanie drenu 150cm białego o średnicy wewnętrznej 1,24 mm?	Tak
32.	Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 13 dopuści zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych 10 ml , cylinder kopolimer etylenowo- polipropylenowy skala 1 ml z rozszerzeniem do 11 ml?	Tak
33.	Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 14 dopuści zaoferowanie strzykawek do insuliny U100 igła 0,3x8mm?	Nie
34.	Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 14 dopuści zaoferowanie strzykawek do insuliny U100 igła 0,4x12mm?	Tak
35.	Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 15 dopuści zaoferowanie strzykawek cewnikowych 50/60 ml pakowanych po 20 sztuk?	Tak

36.	Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 16 dopuści zaoferowanie strzykawkę cewnikowych 100 ml pakowanych po 25 sztuk?	Tak
37.	Zadanie 3, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z igłą 0,45x13mm?	Tak
38.	Zadanie 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą 0,5ml?	Tak
39.	Zadanie 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu papier-folia?	Tak
40.	Zadanie 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?	Tak
41.	Zadanie 3, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną o 10% względem skali nominalnej?	Tak
42.	Zadanie 3, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do Insuliny z igłą 0,4x13mm?	Tak
43.	Zadanie 3, pozycja 15, 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
44.	Zadanie 3, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z wylotem strzykawki zakończonym ścięciem pod kątem 45°	Nie
45.	Zadanie 4, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach: wykonany z wysokiej jakości bezłateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie <ul style="list-style-type: none"> ▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami ▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką ▪ elastyczna komora kroplowa ▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml ▪ specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm ▪ miękki elastyczny dren o długości min. 150cm ▪ uniwersalne zakończenie drenu luer-lock ▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza i zaczep na dren do podwieszenia ▪ na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta ▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami ▪ jednorazowego użytku ▪ niepirogenny, nietoksyczny ▪ dostępny w wersji bez ftalanów ▪ sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ termin ważności: 5 lat ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrząd? 	Tak
46.	Zadanie 4, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści dren przedłużający o średnicy wewnętrznej 1,24mm?	Nie

47.	Zadanie 4, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu papier-folia?	Tak
48.	Zadanie 4, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?	Tak
49.	Zadanie 4, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną o 10% względem skali nominalnej?	Tak
50.	Zadanie 4, pozycja 21, 22 Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające kryzę ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?	Tak
51.	Zadanie 4, pozycja 21, 22 Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?	Tak
52.	Zadanie 4, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml?	Tak
53.	Zadanie 4, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,1ml?	Tak
54.	Zadanie 4, pozycja 23, 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu papier-folia?	Tak
55.	Zadanie 4, pozycja 23, 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?	Tak
56.	Zadanie 4, pozycja 23, 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną o 10% względem skali nominalnej?	Tak
57.	Zadanie 4, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,2ml?	Nie
58.	Zadanie 4, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach: wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii <ul style="list-style-type: none"> ▪ bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej ▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami ▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką ▪ elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami ▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml ▪ filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm ▪ miękki i elastyczny dren o długości min. 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków ▪ precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia ▪ uniwersalne zakończenie Luer-Lock ▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami ▪ niepirogenny, nietoksyczny ▪ nie zawiera lateksu ▪ nie zawiera ftalanów ▪ sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ termin ważności: 5 lat ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu? 	Tak

59.	Zadanie 4, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające kryzę ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?	Tak
60.	Zadanie 4, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?	Tak
61.	Zadanie 4, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
62.	Zadanie 4, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?	Tak
63.	Zadanie 4, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści dren przedłużający o średnicy wew. 1,24mm, średnica zew. 2,4mm, objętość wypełnienia 1,9ml?	Tak
64.	Dotyczy Części nr 3 (sprzęt jednorazowo użytku) poz. 13 Czy Zamawiający dopuści strzykawki spełniające, poniższy opis: Strzykawki j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący w kolorze zielonym lub granatowym lub czarnym umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną czarną skalę, stożek Luer kompatybilny z igłami j.u., podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, pakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i nazwa własna strzykawki. Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku , brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%), skalowanie rozszerzone: strzykawka 10ml skala do 12ml;	Tak
65.	Dotyczy Części nr 3 (sprzęt jednorazowo użytku) poz. 14 Czy Zamawiający dopuści strzykawki spełniające, poniższy opis: Strzykawka do ins. 1ml, wykonana z polipropylenu, końcówka Luer , gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, gumowa część tłoka z wypustką umożliwiającą , całkowite opróżnienie, bez przestrzeni martwej , łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu , jednorazowego użytku	Tak
66.	Dotyczy Części nr 3 (sprzęt jednorazowo użytku) poz. 15 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 25 szt.?	Tak
67.	Dotyczy Części nr 3 (sprzęt jednorazowo użytku) poz. 16 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 25 szt.?	Tak
68.	Pakiet 4 pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu marki Margomed o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła dwupłaszczyznowo ścięta , z ABS, wolny ftalanów od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia	Tak

	<p>igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania (1,2 mikrona) Opakowanie jednostkowe folia papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna termin ważności sterylizacji minimum 24mc od daty produkcji.</p>	
69.	<p>Pakiet 4 pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy bursztynowych marki Margomed o poniższych parametrach: Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym), zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn.1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier folia.</p>	Tak
70.	<p>Pakiet 4 pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek marki Margomed o poniższych parametrach: Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiające dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylinderze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.</p>	Tak
71.	<p>Pakiet 4 pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku ,kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.</p>	Tak
72.	<p>Pakiet 4 pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona</p>	Tak

	oświadczeniem producenta , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.	
73.	<p>Pakiet 4 pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk margomed o poniższych parametrach: Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.</p>	Tak
74.	<p>Pakiet 4 pozycja 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk margomed o poniższych parametrach: Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:% kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 5ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku. opakowanie 100 szt.</p>	Tak
75.	<p>Pakiet 4 pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu margomed o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa dwukanalowa, z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze</p>	Tak

	znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylne, termin ważności sterylizacji minimum 24mc od daty produkcji.	
76.	Pakiet 4 pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk margomed o poniższych parametrach: Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia.	Tak
77.	Pakiet 4 pozycja 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk margomed o poniższych parametrach: Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia.	Tak
78.	Pakiet 4 pozycja 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy margomed o poniższych parametrach: Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych /bursztynowy/, długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym), zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer - lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia	Tak

Paulina Witkowska

Referent

Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiński
Sekcja ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa