



Ciechanów dnia 22.10.2024 r.

AT - ZP/2501/53.1/24

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Usługa okresowych przeglądów aparatury medycznej- powtórzenie** ogłoszonego w dniu **15.10.2024** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2024/BZP 00545692** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie dotyczy części nr 4 Aparaty do znieczulania firmy Drager:  W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty do znieczulania Fabius Tiro wyposażone w analizatory gazów Scio i kardiomonitoring Delta stanowiące pełne wyposażenie stanowiska do znieczulania. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców złożenia oferty na pełne stanowisko, czy tylko na aparat do znieczulania Fabius tiro?	Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał od Wykonawców złożenia oferty na pełne stanowisko czyli analizatory gazów Scio i kardiomonitoring Delta
2.	Pakiet nr 4  Jaki zestaw serwisowy (roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni czy sześcioletni) wymaga wymienić Zamawiający aby uwzględnić przy wycenie przeglądów aparatów do znieczulania FABIUS GS?	Zamawiający wymaga uwzględnienia wymiany dwuletniego zestawu serwisowego
3.	Pakiet nr 4  Czy Zamawiający wymaga aby uwzględnić również wymianę zestawu serwisowego gazowego podczas przeglądu aparatu do znieczulania FABIUS GS? Jeżeli TAK, to który: roczny czy dwuletni?	Tak, zamawiający wymaga uwzględnienia wymiany dwuletniego zestawu serwisowego gazowego

Paulina Witkowska  
Referent  
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Wiesław Babiński  
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa